左右600×天地630mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G-CEM ONE™
UNIVERSAL SELF-ADHESIVE RESIN CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
TOOTH PRIMER FOR G-CEM ONE

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges.
2. Cementation of metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores.
3. Cementation of all ceramic and composite veneers.
4. Final cementation of crowns and bridges on implant abutments.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer or ethanol.

DIRECTIONS FOR USE
A. CEMENTATION TECHNIQUE for all inlays, onlays, crowns, bridges and veneers
1. TOOTH PREPARATION
a) Prepare tooth in usual manner.
b) Clean the prepared tooth with pumice and water. A clean surface is paramount for an optimal adhesion.
c) Rinse thoroughly with water. Dry thoroughly by gently blowing with oil free air. Prepared surface should be dry.
d) In case of non-retentive preparation where extra adhesion is needed, apply G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER or G-Premio BOND for adhesive surface. In case G-Premio BOND is used, it should always be light-cured.
e) In case of veneer or onlay cementation, enamel etching with 35-40% phosphoric acid should be applied for 10-15 seconds and rinse off, followed by the application of G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER or G-Premio BOND to the adhesive surface. In case G-Premio BOND is used, it should always be light-cured.
f) In case of hybrid ceramic cementation (such as CERASMART270), G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER or G-Premio BOND should be applied to the adhesive surface. In case G-Premio BOND is used, it should always be light-cured.
NOTES:
1. Do not use substances like H_2O_2, EDTA and/or disinfectants as these may lower the bond strength.
2. Special care should also be taken to remove imaging powders very thoroughly with pumice and water.

2a. APPLICATION OF G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Optional)
a) Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Close the bottle cap immediately.
b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the disposable applicator.
c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application.
d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive.
Alternatively, you might use G-Premio BOND instead of G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

2b. APPLICATION OF G-Premio BOND (Optional)
a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-Premio BOND thoroughly.
b) Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Close the bottle cap immediately.
c) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the disposable applicator.
d) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application.
e) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive.
f) Light cure using a visible light curing unit.

Table 1. Irradiation time of G-Premio BOND

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds

NOTES:
1. Light cure completely for effective bond strength. Lower light intensity will cause insufficient adhesion.
2. G-Premio BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
3. Please refer to G-Premio Bond IFU if it would be used.

3. RESTORATION PREPARATION
Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.
For Glass Ceramics, hybrid ceramics and composite, apply a silane coupling agent to the bonding surface, such as G-Multi PRIMER and dry with an air syringe.

4. DISPENSING
a) Before dispensing the first time from a new syringe or after a long interval in between use, bleed the pastes from the syringe.
b) Remove the cap of the syringe by rotating 1/4 turn counterclockwise. Attach a GC Automix Tip by aligning the V shaped notch on the rim of the mixing tip with the V shaped notch between the syringe barrels. Push firmly to attach the mixing tip and turn the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise.
c) Extrude material directly into the restoration.
NOTE:
The used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.

5. CEMENTATION
a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 45 seconds from start of mix at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten the working time.
NOTES:
1. Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
2. When the cement is in contact with G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, the setting reaction is accelerated. In order to make excess cement removal easier, make sure properly air dry any uncured adhesive resin portion of G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER around adhesive area.

f) Maintain moderate pressure.

6. EXCESS CEMENT REMOVAL
Continue to maintain moderate pressure making sure the post remains in place, and remove excess cement with appropriate instruments. In case of a cast post and core, tack cure all surface for 1 second each with a visible light curing unit.

7. FINAL SET
a) While maintaining moderate pressure, light cure all surfaces / margins. Refer to the following table for light curing time.

Table 3. Irradiation time of G-CEM ONE

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	20 seconds	40 seconds

b) Let the material set for another 4 minutes.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F) away from heat, moisture and direct sunlight.

SHADE
A2 (Vita® shade), AO3 (opaque), Translucent and White opaque
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. When using G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER or G-Premio BOND, if the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. Do not use G-CEM ONE in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-CEM ONE from setting or bonding properly.
5. Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.
6. This product is not indicated for filling or core build-up.
7. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
8. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
9. Avoid inhalation or digestion of material.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER and G-Premio BOND are volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe through nose.
11. Do not mix with other products.
12. Light cure G-CEM ONE completely for an effective bonding strength. Lower light intensity may cause insufficient adhesion.
13. G-Premio BOND is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.

Some products references in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2022

CE 2797

MANUFACTURED by:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G-CEM ONE™
УНИВЕРСАЛЕН САМОАДХЕЗИВЕН КОМПОЗИТЕН ЦИМЕНТ

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
ЗЪБЕН ПРАЙМЕР ЗА G-CEM ONE

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Циментиране на всички керамични, композитни и с метална основа инлеи, онлеи, корони и мостове.
2. Циментиране на метални, керамични, фибро-щифтове и лети щифтове и пънчета.
3. Циментиране на всички керамични и композитни фасети.
4. Окончателно циментиране на корони и мостове върху имплантни надстройки.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно пулпно покритие.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер, или етанол

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
А. ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на всички инлеи, онлеи, корони, мостове и фасети
1. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
a) Подгответе зъба по обичайния начин.
б) Почистете подготвения зъб с пемза и вода. Чистата повърхност е от първостепенно значение за оптимална адхезия.
в) Изплакнете обилно с вода. Изсушете с дезинфектен, като леко издухате с въздух без масло. Подготвената повърхност трябва да е суха.
г) В случая на неретентивна препаровка, където е необходима допълнителна адхезия, нанесете G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР или G-Premio BOND върху адхезивната повърхност. В случай, че се използва G-Premio Bond, той винаги трябва да бъде полимеризиран.
д) При циментиране на фасета или онлей, емайлът трябва да бъде ецнат с 35-40% фосфорна киселина за 10-15 секунди, след което да бъде отмит с вода. След ецването се нанася G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР или G-Premio Bond. В случай, че се използва G-Premio Bond, той винаги трябва да бъде полимеризиран.
е) При циментирането на хибридна керамика (като CERASMART 270) трябва да бъде нанесен G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР или G-Premio Bond върху повърхността, към която искате да свържете. В случай, че се използва G-Premio Bond, той винаги трябва да бъде полимеризиран.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Не използвайте вещества като H_2O_2, EDTA и/или дезинфектанти, тъй като те могат да намалят силата на свързване.
2. Трябва също така да се обърне специално внимание, за да се отстранят много добре праховете за визуализиране с пемза и вода.

2а. НАНАСЯНЕ НА G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР (по избор)
а) Дозирайте няколко капки в чист съд за дозиране. Затворете веднага капачката на бутилката.
б) НЕЗАБАВНО нанесете върху подготвените повърхности на емайла и дентина, като използвате апликатор за еднократна употреба.
в) Оставете за 10 секунди след края на нанасянето.
г) Подсушете напълно в продължение на 5 секунди с въздух без масло под МАКСИМАЛНО налягане. Използвайте аспирация, за да предотвратите разпръскване на адхезива.
Алтернативно може да бъде използван G-Premio Bond вместо G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР.

2б. НАНАСЯНЕ НА G-Premio BOND (Незадължително):
а) Преди използване, бутилката с бонда разклатете бурно няколко пъти.
б) Дозирайте няколко капки в чист съд за дозиране, след което веднага затворете капачката на бутилката.
в) НЕЗАБАВНО нанесете върху подготвения емайл и дентин, използвайки еднократни апликатори
г) След края на нанасянето на бонда изчакайте 10 секунди
д) Подсушете за 5 секунди с МАКСИМАЛНА сила на въздушната струя. Използвайте аспирация, за да избегнете разпръскване на адхезива
е) полимеризирайте с фотополимеризираща лампа с висок интензитет

Таблица 1: Време за полимеризиране на G-Premio Bond

	Vzdálenost od hrotu světlovodu <10 mm	Vzdálenost od hrotu světlovodu >10 mm
Висок мощност LED (над 1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди
Халогенна / LED (700-1200 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Полимеризирайте напълно за ефективна сила на свързване. Светлина с ниък интензитет ще доведе до недостатъчна адхезия.
2. G-Premio Bond е светлинно-полимеризиращ материал. Защитете течността от светлина, след дозиране.
3. Моля да се съобразите с инструкциите за употреба на G-Premio Bond при използването му.

3. ПРЕПАРАЦИЯ НА ВЪСТАНОВЯВАНЕТО
Уверете се, че възстановяването е предварително третирано и обработено според указанията на производителя.
За Стъклена керамика, хибридна керамика и композити, нанесете силан към повърхността за свързване, като G-Multi PRIMER и подсушете с въздушна струя.

4. ДОЗИРАНЕ
а) Преди да дозирате за първи път от нова спринцовка или след дълъг интервал между употреба, обезвъздушете пастите от спринцовката.
б) Извадете капачката от спринцовката, като завъртите 1/4 обороти обратно на часовниковата стрелка. Прикрепете накрайник на GC Automix, като подравните V-образния отвор на върха на накрайника с V-образния отвор между цевите на спринцовката. Натиснете здраво, за да прикрепите накрайника и завъртете цветната яка на накрайника за смесителния накрайник 1/4 завъртете по посока на часовниковата стрелка.
в) Нанесете материал директно във възстановяването.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Използваният накрайник за смесване може да бъде оставен на спринцовката, за да служи като капачка за съхранение до следващата употреба. За всяко приложение поставете нов накрайник за смесване.

5. ЦИМЕНТИРАНЕ
а) Покрийте вътрешната повърхност на реставрацията с достатъчно количество цимент и поставете веднага. Работното време е 2 минути 45 секунди от началото на смесването при 23°C (73°F). По-високите температури ще съкратят работното време.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Околна светлина може да съкрати работното време. Препоръчва се да намалите интензивността или да изключите работната си лампа по време на процедурата по циментиране.
2. Когато цементът е в контакт с G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР, реакцията е ускорена. За улесняване премахването на излишния цимент, уверете се, че правилно сте подсушили всяка неизползвана смолиста адхезивна част от G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР около адхезивната зона.

е) Поддържайте умерено налягане, докато не се извърши окончателното полимеризиране.

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА
а) Поддържайте умерено налягане, докато не се уверете, че възстановяването остана на място.
б) Премахнете излишния цимент с помощта на един от техниките по-долу:
1. Закрепете възстановяването, като размажете светловода на полимеризиращият уред върху излишния цимент за 1 секунда, докато достигне твърдо състояние. Внимателно отстранете излишния цимент с помощта на сонда или друг подходящ инструмент. Достигането на добра консистенция за отстраняване на излишния цимент зависи от използвания фотополимеризиращ лампа. Важно е да намерите най-добрата комбинация от време, интензитет и разстояние на използваната полимеризираща светлина.
2. Поддържайте уретановия нитекс и отстранете излишния цимент с помощта на нож. Уверете се, че сте отстранили всички излишни цименти, особено около ръбовете на възстановяването.
3. Използвайте зъбен конец, за да отстраните излишния цимент от проксималните области.
4. Използвайте четка, за да отстраните излишния цимент от областта около маргиналния ръб.

7. ФИНАЛНО ЗАСТИНАНЕ
а) Докато поддържате умерено налягане, полимеризирайте всички повърхности / маргинални ръбове. Вижте следната таблица за времето на полимеризация.

Таблица 2. Време на полимеризиране на G-CEM ONE

	Разстояние от върха на светловода <10мм	Разстояние от върха на светловода >10мм
Високоенергиен LED (повече от 1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди
Халоген / LED (700-1200 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди

б) Оставете материала да втвърдява за още 4 минути.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимална работа се препоръчва, съхранение при температура 4-25°C (39,2-77,0°F) далеч от топлина, влага и пряка слънчева светлина.

РАЗЦВЕТКА
A2 (Vita® shade), AO3, (оранжев), Транслуцент и Бял опакер
Vita® е регистрирана търговска марка на Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с устна лигавица или кожа, отстранете незабавно с гъба или памук, напоен с алкохол. Изплакнете с вода. За да се избегне контакт, може да се използва кофердам и / или КОКОВО МАСЛО за изолиране на работното поле от кожата или устната тъкан.
2. Ако при използването на G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР или G-Premio Bond има контакт на тъканите в устната кухинка с материалите и се появи бяло оцветяване или мехур, посъветвайте пациента да остави зоната необезпокоявана, докато белият цвят изчезне обикновено за 1-2 седмици.
3. В случай на контакт с очите, незабавно промийте с вода и потърсете медицинска помощ.
4. Не използвайте G-CEM ONE в комбинация с материали, съдържащи евгенол, тъй като евгенолът може да попречи на G-CEM ONE да втвърди или свърже правилно.
5. По време на втвърдяване използвайте защитен светлинен щит или подобно защитно очила.
6. Този продукт не е показан за възстановяване или изграждане.
7. В редки случаи продуктът може да причини чувствителност при някои хора. Ако се наблюдават подобни реакции, прекратете употребата на продукта и се обърнете към лекар.
8. Личните предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, маски за лице и предпазни очила трябва винаги да се носят.
9. Избягвайте вдишване или поглъщане на материал.
10. G-CEM ONE АДХЕЗИВНИЯ ПРАЙМЕР както и G-Premio Bond са летливи вещества. Използвайте на добре проветриви помещения. При използването им съветвайте пациентите да дишат през нос.
11. Не смесвайте с други продукти.
12. Полимеризирайте напълно G-CEM ONE за по-добра сила на свързване. Светлина с по-ниък интензитет може да доведе до недостатъчна сила на връзката.
13. G-Premio Bond е леснo запалима течност. Не го използвайте в близост до открит пламък. Пазете далеч от източници на възпламеняване. Не складирайте големи количества на едно място. Пазете далеч от директна слънчева светлина.

Някои продукти, посочени в настоящите *ИЗУ*, могат да бъдат класифицирани като опасни според GHS. Винаги се запознавайте с наличните информационни листове за безопасност на адрес:
http://www.gceurope.com
Те могат да бъдат получени и от вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ
МНОГОРАЗОВИ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациенти, това устройство изисква дезинфекция на средно ниво. Веднага след употреба проверете устройството и етикета за повреда. Изхвърлете устройството, ако е повредено.
НЕ НАКИСВАЙТЕ. Изчистете добре устройството, за да предотвратите изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте със средно ниво регистриран продукт за контрол на инфекции от медицински клас в съответствие със регионалните / национални насоки.

За Резюме на безопасност и клинично представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако разберете за всякакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за уведомяване, като изберете подходящия орган във Вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност:
vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 11/2022

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G-CEM ONE™
UNIVERZÁLNÍ SAMOADHEZIVNÍ PRYSKYŘIČNÝ CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
PRIMER PRO G-CEM ONE

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Cementování všech typů keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků.
2. Cementování kovových, keramických a sklovláknových čepů, včetně čepů litých.
3. Cementování veškerých keramických a kompozitních fazet.
4. Finální cementování korunek a můstků na abutmenty implantátů.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí dřeně.
2. Vyvarujte se užití tohoto produktu u pacientů s prokázanou alergií na monomer metakrylátu, polymer metakrylátu nebo na etanol.

NÁVOD K POUŽITÍ
A. CEMENTAČNÍ TECHNIKA pro všechny inleje, onleje, korunky, můstky a fazety
1. PŘÍPRAVA ZUBU
a) Zub připravte obvyklým způsobem.
b) Preparovaný zub očistěte pemzou a vodou. Čistý povrch je pro optimální adhezi nezbytný.
c) Důkladně opláchněte vodou. Řádně osušte proudem vzduchu bez příměsi oleje. Preparovaný povrch musí být suchý.
d) V případě neretentivní preparace, kde je potřeba silná adheze, naneste G-CEM ONE ADHEZIVNÍ PRIMER nebo G-Premio BOND na cervikální povrch. V případě použití G-Premio BOND by měl být vždy vytvrzen světlem.
e) V případě cementace fazet nebo onlejí by se měl povrch skloviny po dobu 10-15 sekund naleptat 35-40% kyselinou fosforečnou a opláchnout, poté naneste G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER nebo G-Premio BOND na adhezivní povrch. V případě použití G-Premio BOND by měl být vždy vytvrzen světlem.
f) V případě hybridní keramické cementace (jako je CERASMART270) by měl být na cementovaný povrch aplikován G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER nebo G-Premio BOND. V případě použití G-Premio Bond by měl být vždy vytvrzen světlem.

POZNÁMKA:
1. Nepoužívejte látky jako H_2O_2, EDTA a/nebo desinfekční prostředky, by mohou snižovat vazebnou sílu.
2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odstranění zobrazovacího prášku po skenování. To provedete velmi důkladně pomocí pemzy a vody.

2a. APLIKACE G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (volitelné)
a) Odměřte několik kapek do čisté dávkovací misky. Lahvičku ihned uzavřete.
b) Jednorázovým aplikátorem BEZPROSTŘEDNĚ naneste na preparovanou sklovinu a dentin.
c) Nechte 10 vteřin působit.
d) Důkladně osušte MAXIMÁLNÍM proudem vzduchu bez příměsi oleje po dobu 5 vteřin. K zabránění rozstřikování adheziva použijte sávku. Případně můžete použít G-Premio BOND místo G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

2b. APLIKACE G-Premio BOND (volitelné)
a) Před prvním aplikováním důkladně protřepejte lahvičku G-Premio BOND.
b) Nakapejte několik kapek do čisté dávkovací misky. Ihned uzavřete uzávěr lahvičky.
c) OKAMŽITĚ aplikujte na připravené povrchy skloviny a dentinu pomocí jednorázového aplikátoru.
d) Po uvedení na povrch nechte 10 sekund v klidu.
e) Důkladně sušte po dobu 5 sekund vzduchem bez příměsi oleje pod MAXIMÁLNÍM tlakem vzduchu. Použijte vakuové odsávání, abyste zabránili rozstřikování adheziva.
f) Vytvrzování světlem pomocí vytvrzovací lampy viditelným světlem.

Tabulka 1. Doba ozařování G-Premio BOND

	Vzdálenost od hrotu světlovodu <10 mm	Vzdálenost od hrotu světlovodu >10 mm
Vysoce výkonná LED (více než 1200 mW/cm²)	5 vteřin	10 vteřin
Halogenová / LED (700-1200 mW/cm²)	10 vteřin	20 vteřin

POZNÁMKY:
1. Úplné vytvrzení světlem pro účinnou pevnost vazby. Nižší intenzita světla způsobí nedostatečnou adhezi.
2. G-Premio BOND je světlem tuhnoucí materiál. Po dávkování chraňte kapalinu před světlem.
3. V případě použití G-Premio Bond si přečtěte návod k použití.

3. PŘÍPRAVA NÁHRADY
Ubezpečte se, že náhrada je předzpracovaná a že manipulace s ní probíhala v souladu s pokyny výrobce.
V případě sklokeramiky, hybridní keramiky a kompozitu aplikujte na adhezivní povrch silanové spojovací činidlo, například G-Multi PRIMER, a vysušte vzduchem.

4. DÁVKOVÁNÍ
a) Před prvním aplikací materiálu z nové stříkačky nebo po jejím delším nepoužívání je třeba pastu vytlačit.
b) Sejměte víčko stříkačky otočením o 1/4 proti směru hodinových ručiček. Nasaďte GC míchací koncovku tak, že nejprve srovnáte malý výřez ve tvaru V na konci míchací koncovky s výřezem stejného tvaru (V), který se nachází mezi tubami stříkačky. Zmáčkněním zatlačením přípojky míchací koncovku. Poté šroubujte míchací koncovku otočte o 1/4 ve směru hodinových ručiček.
c) Materiál vytlačte přímo do náhrady.
POZNÁMKA:
Použitá míchací koncovka může být ponechána na stříkačce jako ochranný uzávěr až do následující aplikace. Pro každou aplikaci použijte novou míchací koncovku.

5. CEMENTOVÁNÍ
a) Na vnitřní povrch náhrady naneste dostatečné množství cementu a ihned náhradu usaďte. Pracovní čas činí 2 minuty 45 vteřin od začátku míchání při teplotě 23°C (73°F). Vyšší teplota pracovní čas zkracuje.
POZNÁMKA:
1. Okolní světlo může zkrátit pracovní čas. Během procesu cementování je proto doporučeno snížit intenzitu operačních světel.
2. Když je cement v kontaktu s G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, dochází k zrychlení procesu tuhnutí. Pro snazší odstranění přebytků cementu pracovní pole řádně osušte proudem vzduchu a v jeho okolí nenechávejte žádný přebytečný G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

f) Udržujte mírný tlak.

6. ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEBYTEČNÉHO CEMENTU
Pokračujte v udržování mírného tlaku tak, aby čep setrvával na svém místě, a vhodným nástrojem odstraňte přebytky cementu. V případě použití litých čepů osvitte polymerační lampou každou plochu po dobu jedné vteřiny.

7. FINÁLNÍ VYTVRZENÍ
a) Při zachování mírného tlaku vytvrďte všechny povrchy / okraje. Doba vytvrzování naleznete v následující tabulce.

Tabulka 3. Doba vytvrzování G-CEM ONE

	Vzdálenost od hrotu světlovodu <10 mm	Vzdálenost od hrotu světlovodu >10 mm
Vysoce výkonná LED (více než 1200 mW/cm²)	10 vteřin	20 vteřin
Halogenová / LED (700-1200 mW/cm²)	20 vteřin	40 vteřin

b) Materiál nechte tuhnout po dobu dalších 4 minut.

SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte při teplotě 4-25°C (39,2-77,0°F). Chraňte před teplem, vlhkem a přímým slunečním světlem.

ODSTÍNY
A2 (Vita® shade), AO3 (opákní), Translucent a White opaque
Vita® je registrovaná ochranná známka Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo s pokožkou cement neprodleně odstraňte pomocí houbičky nebo gázy namočené v alkoholu. Opláchněte vodou. Pro zabránění kontaktu použijte k izolaci pracovního pole kofrdam a/nebo KAKAOVÉ MÁSLO.
2. Pokud při použití G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER nebo G-Premio BOND kůň kontaktovaná tímto materiálem zbělá nebo se vytvoří puchýř, doporučte pacientovi, aby nechal postiženou oblast v klidu, dokud poštění nezmizí, obvykle za 1- 2 týdny.
3. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. A G-CEM ONE nepoužívejte v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, neboť eugenol může bránit řádnému tuhnutí G-CEM ONE a snižovat jeho vazebnou sílu.
5. Během světelné polymerace používejte ochranný štít nebo jinou odpovídající ochranu očí.
6. Tento materiál není určen pro zhotovování výplní a dostaveb.
7. V ojedinělých případech může výrobek u některých osob způsobit citlivost. V případě takové reakce přerušte používání výrobku a obraťte se na praktického lékaře.
8. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky jako jsou rukavice, rouška a brýle.
9. Vyvarujte se vdechnutí či požití materiálu.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER a G-Premio BOND jsou těkavé. Používejte na dobře větraném místě. Doporučte pacientům dýchat nosem.
11. Nemíchejte s jinými produkty.
12. Vytvrzení světlem G-CEM ONE pro účinnou pevnost adheze. Nižší intenzita světla může způsobit nedostatečnou adhezi.
13. G-Premio BOND je vysoce hořlavá a těkavá kapalina. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů hoření. Neskladujte velké množství na jednom místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Některé výrobky, zmiňované v tomto návodu k použití, mohou být dle GHS klasifikovány jako nebezpečné. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou dostupné na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Pokud došlo k poškození dávkovacího systému, znehodnoťte jej.
DEZINFIKUJTE POUZE POVRCHOVĚ. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, dávkovací systém důkladně očistěte. Dezinfikujte prostředkem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Souhrn bezpečnosti a klinického hodnocení (SSCP) naleznete v databázi EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičného úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí:
vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Datum poslední revize: 11/2022

Pirje uporabe pažljivo pročitati uporabo uporabo. HR

G-CEM ONE™
UNIVERZALNI SAMOADHEZIVNI AKRILATNI CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
PRIMER ZA G-CEM ONE

Samo za stružnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU
1. Cementiranje svih vrsta potpuni keramičkih, akrilatnih i s metalnom osnovnom inleja, onleja, krunica i mostova.
2. Cementiranje metalnih, keramičkih i vlaknastih kolčića te lijevanih kolčića i nadogradnji.
3. Cementiranje potpunih keramičkih i kompozitnih ljuski.
4. Završno cementiranje krunica i mostova na baltajćima implantata.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata alergičnih na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere ili etanol.

UPUTE ZA UPORABU
A. TEHNIKA CEMENTIRANJA za sve inleje, onleje, krunice, mostove i ljuske
1. PRIPARACIJA ZUBA
a) Zub pripariati na uobičajeni način.
b) Preparirani zub očistiti pjovilom i vodom. Čista površina je preduvjet optimalne adhezije.
c) Temeljito isprati vodom. Temeljito osušiti blagim mlazom bezuljnog zraka. Preparirane površine trebaju biti suhe.
d) U slučaju neretentivne preparacije gdje je potrebna dodatna adhezija, nanesite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ili G-Premio BOND, ako kvrgu u kontaktu s materijalom pobijeli ili formira mjehurić, savjetovati pacijenta da ne dira područje, koje će se vratiti u normalno stanje u roku 1-2 tjedna.
3. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
4. Ne koristiti G-CEM ONE u kombinaciji s materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može spriječiti pravilno stvrdnjivanje ili spajanje materijala G-CEM ONE.
5. Tijekom svjetlosne polimerizacije koristiti zaštitu od svjetla ili sličnu zaštitu za oči.
6. Ovaj proizvod nije indiciran za ispunu ili nadogradnji.
7. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije odmah prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
8. Uvijek treba nositi osobna zaštitna sredstva (PPE - Personal Protective Equipment), kao što su rukavice, maske za lice i zaštitne naočale.
9. Izbjegavati udisanje ili gutanje materijala.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER i G-Premio BOND su hlapljivi. Koristiti na dobro prozračenom mjestu. Savjetovati pacijente da dišu kroz nos.
11. Ne miješati s drugim proizvodima.
12. Svjetlosno polimerizirati G-CEM ONE u potpunosti za učinkovitu čvrstoću spoja. Niži intenzitet svjetla može uzrokovati nedovoljnu adheziju.
13. G-Premio BOND je vrlo zapaljiva tekućina i para. Ne koristiti u blizini otvorenog plamena. Držati dalje od izvora topline. Ne skladištiti velike količine na jednom mjestu. Čuvati podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama mogu biti svrstani u opasne sukladno Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvijek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
http://www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠ

左右600×天地630mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

G-CEM ONE™
UNIVERZÁLNY SAMOLEPIACI ŽIVICOVÝ CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
PRIMER NA ZUBY PRE G-CEM ONE

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Cementovanie všetkých druhov keramických, živicových a kovových inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov.
2. Cementovanie kovových a keramických čapov, čapov s výstužou zo sklených vlákien a liatych čapov.
3. Cementovanie všetkých keramických a kompozitných faziet.
4. Definitívne cementovanie koruniek a mostíkov na abutmenty implantátov.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér a etanol.

NÁVOD NA POUŽITIE
A. TECHNIKA CEMENTOVANIA inlejí, onlejí, koruniek, mostíkov a faziet
1. PREPARÁCIA ZUBA
a) Zub preparujte bežným spôsobom.
b) Preparovaný zub vyčistite pemzou a vodou. Pre optimálne príľnutie cementu je nevyhnutný dôkladne očistený povrch.
c) Dôkladne opláchnite vodou. Jemne a dôkladne osušte prúdom vzduchu bez obsahu oleja. Preparovaný povrch musí byť suchý.
d) V prípade neretenčnej preparácie, kde je potrebná zvýšená väzba, naneste na lepiaci povrch zuba G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER alebo G-Premio BOND. V prípade použitia G-Premio BONDu, by mal byť vždy vytvrdený svetlom.
e) V prípade cementovania fazety alebo onleje, by sa mal povrch skloviny najprv naleptať 35-40% kyselinou fosforečnou po dobu 10 - 15 sekúnd, a až potom sa na adhezívny povrch zuba nanesie G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER alebo G-Premio BOND. V prípade použitia G-Premio BONDu, by mal byť vždy vytvrdený svetlom.
f) V prípade cementovania hybridnej keramiky (napr. CERASMART270), by sa mal na lepený povrch aplikovať G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER alebo G-Premio BOND. V prípade použitia G-Premio BONDu, by mal byť vždy vytvrdený svetlom.
POZNÁMKA:
1. Nepoužívajte H_2O_2, EDTA a/alebo iné dezinfekčné prostriedky, keďže môžu ovplyvniť pevnosť väzby.
2. Obzvlášť treba venovať pozornosť odstráneniu tzv. skenovacieho prášku, a to veľmi dôkladne pemzou a vodou.
2a. APLIKÁCIA G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Voliteľné)
a) Nadávkujte niekoľko kvapiek do čistej dávkovacej misky. Ihneď uzavrite fľaštičku uzáverom.
b) OKAMŽITE aplikujte na preparované povrchy skloviny a dentínu pomocou jednorazového aplikátora.
c) Nechajte nerušene stáť po dobu 10 sekúnd po aplikácii.
d) Dôkladne osušte 5 sekúnd vzduchom bez oleja pod MAXIMÁLNYM tlakom vzduchu. Na zabránenie postriekaniu prípravkom, použite vákuové odsávanie.
Alternatívne môžete použiť G-Premio BOND namiesto G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.
2b. APLIKÁCIA G-Premio BONDu (Voliteľné)
a) Pred dávkovaním fľaštičku G-Premio BOND dôkladne pretrepte.
b) Nadávkujte niekoľko kvapiek do čistej dávkovacej misky. Ihneď uzavrite fľaštičku uzáverom.
c) OKAMŽITE aplikujte na preparované povrchy skloviny a dentínu pomocou jednorazového aplikátora.
d) Nechajte nerušene stáť po dobu 10 sekúnd po aplikácii.
e) Dôkladne osušte 5 sekúnd vzduchom bez oleja pod MAXIMÁLNYM prúdom vzduchu. Na zabránenie postriekaniu adhezívom, použite vákuové odsávanie.
f) Vytvrdzujte svetlom pomocou polymerizačnej lampy.

Tabuľka 1. Čas vytvrdzovania G-Premio BONDu

	Vzdialenosť od konca svetlovodu <10 mm	Vzdialenosť od konca svetlovodu >10 mm
Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/ cm^2)	5 sekúnd	10 sekúnd
Halogén / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 sekúnd	20 sekúnd

POZNÁMKY:
1. Pre efektívnu pevnosť väzby sa odporúča úplné vytvrdenie svetlom. Nižšia intenzita svetla spôsobí nedostatočnú väzbu.
2. G-Premio BOND je svetlom tuhnúci materiál. Po nadávkovaní chráňte tekutinu pred svetlom.
3. V prípade použitia G-Premio Bondu, pozrite si jeho návod na použitie.
3. PRÍPRAVA NÁHRADY
Ubezpečte sa, že náhrada je predspracovaná a že manipulácia s ňou prebiehala v súlade s pokynmi výrobcu.
V prípade sklo keramiky, hybridnej keramiky a kompozitu aplikujte na adhezívny povrch silánové spojovacie činidlo, napríklad G-Multi PRIMER, a vysušte vzduchom.
4. APLIKÁCIA MATERIÁLU
a) Pred prvou aplikáciou materiálu z novej striekačky alebo po dlhšom nepoužívaní, vytlačte malé množstvo pasty zo striekačky.
b) Zložte uzáver striekačky otočením o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Nasaďte GC zmiešavaciu koncovku tak, že najprv vyrovnáte výstupok tvaru V na okraji miešacej koncovky s výrezom rovnakého tvaru (V), ktorý sa nachádza medzi tubami striekačky. Pevne zatlačte na zmiešavaciu koncovku a pripojte ju tak ku striekačke. Potom otočte farebný krúžok miešacej koncovky o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek.
c) Vytlačte materiál priamo do náhrady.
POZNÁMKA:
Použitá miešacia koncovka môže byť ponechaná na striekačke ako ochranný uzáver až do nasledujúceho použitia. Pre každú aplikáciu použite novú zmiešavaciu koncovku.
5. CEMENTOVANIE
a) Pokryte vnútorný povrch náhrady dostatočným množstvom cementu a náhradu ihneď usaďte. Pracovný čas je 2 minúty 45 sekúnd od začiatku miešania pri 23°C (73°F). Vyššia teplota pracovný čas skracuje.
POZNÁMKA:
1. Okolité svetlo môže skrátiť pracovný čas. Odporúča sa znížiť intenzitu alebo vypnúť operačné svetlo v priebehu procesu cementovania.
2. Keď je cement v kontakte s G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, reakcia tuhnutia sa urýchli a doba spracovania sa skráti.
3. V prípade cementovania faziet s použitím G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER sa odporúča cementovať naraz maximálne jednu fazetu z dôvodu relatívne krátkej doby spracovania.
b) Udržujte mierny tlak až do finálnej fázy tuhnutia.
6. ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO CEMENTU
a) Udržujte mierny tlak a uistite sa, že náhrada drží na mieste.
b) Prebytočný cement odstráňte pomocou jednej z techník uvedených nižšie:
1. Pre odstránenie prebytočného cementu polymerizujte svetlom po dobu 1 sekundy (Tack cure metóda), kým nedosiahne pevnú gumovú konzistenciu, a potom ho odstráňte pomocou sondy alebo iného vhodného prístroja. Dosiahnutie dobrej konzistencie na odstránenie nadbytočného cementu závisí od použitej svetelnej lampy. Je dôležité nájsť najlepšiu kombináciu času, intenzity a vzdialenosti použitého vytvrdzovacieho svetla.
2. Udržujte mierny tlak a prebytočný cement odstráňte pomocou kefky. Uistite sa, že prebytočný cement je dôkladne odstránený z ťažko prístupných miest (napr. Interproximálne oblasti).
POZNÁMKA:
1. Ak je prebytočný cement odstránený pred úplným vytvrdením, musí sa použiť vhodný nástroj na udržanie náhrady na správnom mieste.
2. Aby ste sa vyhli vytvoreniu inhibičnej vrstvy pri okrajoch náhrady, po odstránení prebytočného cementu chráňte okraje pomocou glycerínového gélu.
7. FINÁLNE VYTVRDENIE
a) Pri udržiavaní mierneho tlaku vytvrdzujte všetky povrchy / okraje svetlom. Čas polymerizácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2. Časy polymerizácie G-CEM ONE

Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/cm^2)	10 sekúnd
Halogén / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekúnd

b) V prípade nasledujúcich náhrad ponechajte materiál samovoľne stuhnúť 4 minúty po odstránení prebytočného cementu.
- Kovové a kov obsahujúce náhrady
- Bezkovové tmavé a opákne náhrady
- Priesvitné bezkovové náhrady hrubšie ako 2 mm
8. FINÁLNE LEŠTENIE
Pokiaľ je potrebné, upravte a vyleštite okraje vhodným nástrojom.

B. TECHNIKA CEMENTOVANIA pre kovové, keramické, sklené a liate čapy
1. PREPARÁCIA ZUBA
Miesto pre čap preparujte podľa pokynov výrobcu. Miesto pre čap má byť vyčistené, opláchnuté a riadne vysušené papierovými čapmi. Miesto pre čap musí byť suché.
POZNÁMKA:
1. Na chemické vyčistenie miesta pre čap odporúčame roztok chlórnanu sodného.
2. Na čistenie miesta pre čap nepoužívajte H_2O_2 ani EDTA, keďže tieto produkty by mohli negatívne ovplyvniť silu väzby.
3. Ak je potrebná zvýšená väzba, naneste primer G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER na lepiaci povrch na 10 sekúnd. Dôkladne osušte vzduchom neobsahujúcim olej pod MAXIMÁLNYM tlakom, až pokiaľ primer, už vôbec nevyteká zo vstupu do koreňového kanálika. Na zabránenie postriekaniu prípravkom, použite vákuové odsávanie. Prebytočný primer odstráňte papierovými čapmi.
2. PRÍPRAVA ČAPU
Ubezpečte sa, že čap je predspracovaný a že manipulácia s ním prebiehala v súlade s pokynmi výrobcu.
3. DÁVKOVANIE A CEMENTOVANIE
a) Pred prvým použitím novej striekačky alebo po dlhšom intervale medzi používaniami, vypusťte pastu zo striekačky.
b) Pripevnite koncovku GC Automix pre endo. Podrobnosti pozri A 4b) hore.
c) Na miešaciu koncovku pripevnite predlžovaciu koncovku.
d) Vytlačte materiál priamo do miesta pre čap.
e) Čap ihneď, do 1 minúty od nanesenia cementu vložte na príslušné miesto.
POZNÁMKA:
1. Teplota v ústach urýchľuje reakciu tuhnutia cementu.
2. Vonkajšie svetlo môže skrátiť pracovný čas. Počas cementovania odporúčame znížiť intenzitu vonkajšieho svetla, prípadne zhasnúť pracovné svetlo.
3. Pri dávkovaní by ste mali mať koncovku stále ponorenú do cementu, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín.
4. Na vkladanie cementu na miesto pre čap NEPOUŽÍVAJTE plnič lentulu, keďže môže skrátiť pracovný čas.
5. Keď je cement v kontakte s G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, reakcia tuhnutia je zrýchlená. Na uľahčenie odstraňovania prebytočného cementu sa uistite , a dbajte na to, aby ste riadne vysušili povrch tak, aby nadbytočné množstvo G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER nezostával okolo lepenej plochy.
f) Udržiavajte stály mierny tlak.
4. ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO CEMENTU
Počas odstraňovania prebytočného cementu vhodným nástrojom stále vyvíjajte mierny tlak, aby usadený čap zostal na mieste. V prípade osadenia liatych čapov, všetky povrchy vytvrdzujte počas 1 sekundy polymerizačnou lampou.

5. ZÁVEREČNÁ FÁZA
a) Pri udržiavaní mierneho tlaku vytvrdzujte všetky povrchy / okraje svetlom. Čas polymerizácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3. Časy polymerizácie G-CEM ONE

Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/cm^2)	10 sekúnd
Halogén / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekúnd

b) Nechajte materiál samovoľne stuhnúť ďalšie 4 minúty.

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte pri izbovej teplote, chráňte pred teplom, vlhkom a priamym slnečným svetlom (4-25°C) (39,2-77,0°F).

ODTIEŇ
A2 (Vita® odtieň), AO3 (opákny), Translucent (priehľadný) a Biely opákny
Vita®je registrovanou obchodnou značkou Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemecko

UPOZORNENIA
1. V prípade zasiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky, materiál ihneď odstráňte hubkou alebo kúskom vaty namočeným v alkohole. Opláchnite vodou. Zasiahnutiu môžete zabrániť použitím koferdamu a/alebo kakaového masla na izoláciu operačného miesta od pokožky alebo ústnej sliznice.
2. Ak pri použití G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMERu alebo G-Premio BONDu zasiahnete tkanivo, ktoré zbelie alebo vytvorí pľuzgier, odporučte pacientovi, aby nechal postihnutú oblasť nerušenú, kým pľuzgier nezmizne, zvyčajne po 1- 2 týždňoch.
3. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
4. G-CEM ONE nepoužívajte v kombinácii s materiálmi, ktoré obsahujú eugenol, keďže eugenol môže narušiť tuhnutie, prípadne naviazanie G-CEM ONE.
5. Pri vytvrdzovaní svetlom používajte ochranný štít alebo podobné prostriedky na ochranu očí.
6. Tento výrobok nie je určený na výplne ani dostavbu koreňového pahýľa
7. V zriedkavých prípadoch môže produkt u niektorých ľudí spôsobiť citlivosť. Ak dôjde k takýmto reakciám, prestaňte používať výrobok a vyhľadajte lekára.
8. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
9. Vyvarujte sa vdýchnutiu alebo požitiu materiálu.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER a G-Premio BOND sú prchavé. Používajte na dobre vetranom mieste. Informujte pacientov, aby dýchali nosom.
11. Nemiešať s inými výrobkami.
12. Pre efektívnu pevnosť väzby sa odporúča G-CEM ONE kompletne vytvrdiť svetlom. Nižšia intenzita svetla spôsobí nedostatočnú väzbu.
13. G-Premio BOND je vysoko horľavá a vyprchajúca tekutina. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Neskladujte veľké množstvá na jednom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Niektoré produkty, spomínané v tomto návode na použitie, môžu byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa oznámte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na:
http://www.gceurope.com
Možné je ich tiež získať u Vášho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
OPAKOVANE POUŽÍVANÉ DÁVKOVACIE POMÔCKY: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi potrebujú tieto dávkovacie pomôcky strednú úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití ich skontrolujte a označte v prípade pochybností. Ak boli poškodené, zlikvidujte ich. NEPONÁRAJTE. Aby nedochádzalo k zasychaniu a hromadeniu nečistôt dávkovaciu pomôcku dôkladne vyčistite. Dezinfikujte s registrovanými zdravotníckymi dezinfekčnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie podľa regionálnych / národných smerníc.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 11/2022

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

G-CEM ONE™
UNIVERZALNI SAMOLEPILNI SMOLNATI CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
PRIMER ZA G-CEM ONE

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

INDIKACIJE ZA UPORABO
1. Cementiranje vseh vrst keramičnih, kompozitnih in kovinsko podprtih inlejev, onlejey, kron in mostov.
2. Cementiranje kovinskih, keramičnih,fiber in vlitih zatičkov
3. Cementiranje vseh keramičnih in kompozitnih venirjev
4. Trajno cementiranje kron in mostov na implantatih

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktna kritja pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih z znanimi alergijami na metakrilatni monomer, metakrilatni polimer ali etanol.

NAVODILA ZA UPORABO
A. TEHNIKA CEMENTIRANJA za vse inleje, onleje, krone, mostove in venirje
1. PRIPRAVA ZOBA
a) Zob pripravite na običajen način.
b) Pripravljen zob očistite z plovcem in vodo. Za optimalno vezavo je bistvena čista površina.
c) Temeljito sperite z vodo. Temeljito posušite z rahlim pihom z zrakom brez olja. Pripravljena površina mora biti suha.
d) V primeru nezadostne retencije, kjer je potrebna dodatna adhezija, nanesite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ali G-Premio BOND na vezavno površino. V primeru uporabe G-Premio BOND mora biti vedno svetlobno polimeriziran.
e) V primeru cementiranja luske ali onleja, je potrebno 10-15 sekund jedkati sklenino s 35-40 % fosforno kislino in nato sprati, čemur sledi nanos G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ali G-Premio BOND na vezavno površino. V primeru uporabe G-Premio BOND mora biti vedno svetlobno polimeriziran.
f) V primeru hibridnega keramičnega cementiranja (kot je CERASMART270) je treba na vezavno površino nanesti G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ali G-Premio BOND. V primeru uporabe G-Premio BOND mora biti vedno svetlobno polimeriziran.
OPOMBA:
1. Ne uporabljajte snovi, kot so H_2O_2, EDTA in / ali razkužila, ker lahko zmanjšajo trdnost vezi.
2. Posebno paziti je treba tudi na to, da scan prah zelo temeljito odstranite s plovcem in vodo.
2a. UPORABA G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (neobvezno)
a) Nekaj kapljic nanesite v čisto posodo. Takoj zaprite pokrovček steklenice.
b) Z uporabo aplikatorja za enkratno uporabo nanesite na pripravljeno površino sklenine in dentina.
c) počakajte 10 sekund
d) 5 sekund temeljito sušite z zrakom brez olja pod MAXIMALNIM zračnim tlakom. Za preprečevanje raztrosa lepila uporabite vakuumsko sesanje.
Lahko pa uporabite G-Premio BOND namesto G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.
2b. NANAŠANJE G-Premio BOND (izbirno)
a) Pred odmerjanjem stekleničko G-Premio BOND temeljito pretresite.
b) Odmerite nekaj kapljic v čisto posodico. Takoj zaprite pokrov stekleničke
c) TAKOJ nanesite na pripravljene površine sklenine in dentina z uporabo aplikatorja za enkratno uporabo.
d) Po koncu nanosa pustite nemoteno 10 sekund.
e) Temeljito sušite 5 sekund z zrakom brez olja pod NAJVEČJIM zračnim pritiskom. Uporabite vakuumsko sesalec.
f) Polimerizirajte s polimerizacijsko lučko.

Tabela 1. Čas obsevanja G-Premio BOND

	Razdalja od konice svetlobnega vodnika <10 mm	Razdalja od konice svetlobnega vodnika >10 mm
LED velike moči (več kot 1200 mW/cm^2)	5 sekund	10 sekund
Halogen / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 sekund	20 sekund

OPOMBE:
1. Popolnoma polimerizirajte s svetlobo za učinkovito adhezijo. Nižja intenzivnost svetlobe bo povzročila nezadostno adhezijo..
2. G-Premio BOND je svetlobno polimeriziran material. Tekočino zaščitite pred svetlobo po uporabi
3. Glejte G-Premio Bond IFU, če ga boste uporabili.
3. PRIPRAVA NA RESTAVRACIJO
Prepričajte se, da je restavracija predhodno obdelana in rokovana v skladu z navodili proizvajalca.
Za steklokeramiko, hibridno keramiko in kompozite na vezavno površino nanesite silansko vezavno sredstvo, kot je G-Multi PRIMER, in posušite z zračno pihalko.
4. NANOS
a) Pred prvo uporabo iz nove brizge ali po dolgem intervalu med uporabo odzračite paste iz brizge.
b) Odstranite pokrovček brizge tako, da zavrtite 1/4 obrata v nasprotni smeri urinega kazalca. GC Automix tip pritrdite tako, da poravnate zarezo v obliki črke V na robu mešalne konice z zarezo v obliki črke V med brizgami. Močno pritisnite, da pritrdite konico za mešanje. Nato zavrtite barvni obroček mešalne konice za 1/4 obrata v smeri urinega kazalca.
c) Ekstrudirajte material neposredno v restavracijo
OPOMBA:
Uporabljeno konico za mešanje lahko pustite na brizgi, da služi kot pokrovček za shranjevanje do naslednje uporabe. Za vsak nanos uporabite nov mešalni nastavek
5. CEMENTIRANJE
a) Notranjo površino restavracije takoj premažite z dovolj cementa in takoj fiksirajte. Delovni čas je 2 minuti 45 sekund od začetka mešanja pri 23°C (73°F). Višje temperature bodo skrajšale delovni čas.
OPOMBA:
1. Okoljska svetloba lahko skrajša delovni čas. Priporočljivo je, da med postopkom cementiranja zmanjšate intenzivnost ali izklopite luč na ordinacijskem stolu
2. Ko je cement v stiku z G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, se reakcija strjevanja pospeši in delovni čas se skrajša.
3. Pri cementiranju lusk z G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER-jem je priporočljivo cementirati največ eno lusko naenkrat zaradi relativno kratkega delovnega časa.
b) Vzdržujte zmeren pritisk, dokler se končno ne polira.
6. ODSTRANJEVANJE VIŠKOV CEMENTA
a) Ohranite zmeren pritisk in poskrbite, da restavracija ostane na mestu.
b) Odvečni cement odstranite z eno od spodnjih tehnik:
1. Pospešite strjevanje tako, da 1 sekundo svetite s svetlobnim vodnikom lučke nad odvečnim cementom, dokler ne doseže trdne gumijaste konsistence in odvečni cement odstranite s pomočjo sonde ali drugega primernega instrumenta. Doseganje dobre konsistence za odstranjevanje presežka cementa je odvisno od uporabljene lučke. Pomembno je najti najboljšo kombinacijo časa, intenzivnosti in oddaljenosti lučke.
2. Držite zmeren pritisk in odstranite odvečni cement s čopičem. Prepričajte se, da je odvečen cement temeljito odstranjen s težko dostopnih območij (npr. Medproksimalna območja).
OPOMBA:
1. Če odstranite odvečni cement pred popolnim strjevanjem, je treba uporabiti primeren instrument, ki zadržuje restavracijo v svojem položaju.
2. Da se izognete inhibicijskem sloju na robu restavracije, zaščitite rob z glicerinskim gelom, potem ko odstranite odvečni cement.
7. KONČNO STRJEVANJE
a) Ob zmernem pritisku, polimerizirajte s svetlobo vse površine/robove. Za čas polimerizacije glejte naslednjo tabelo.

Tabela 2. Čas obsevanja G-CEM ONE

LED velike moči (več kot 1200 mW / cm^2)	10 sekund
Halogen / LED (700-1200 mW / cm^2)	20 sekund

b) V primeru spodnjih restavracij pustite da se material strjuje 4 minute po odstranitvi odvečnega cementa:
- Kovinske in kovinsko podprte restavracije
- Temne in opačne brezkovinske restavracije
- Translucentne brezkovinske restavracije tanjše od 2 mm
8. KONČNO Poliranje
Po potrebi dokončajte in polirajte robove z ustreznimi instrumenti.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA za kovinske, keramične, fiber in vlite zatičke
1. PRIPRAVA ZOBA
Pripravite prostor za zatiček v skladu z navodili proizvajalca. Prostor za zatiček je treba očistiti, sprati in posušiti s papirnimi konicami. Prostor za zatiček mora biti suh.
OPOMBA:
1. Raztopino natrijevega hipoklorida je priporočljivo uporabiti za kemično čiščenje kanala.
2. Ne uporabljajte H_2O_2 in / ali EDTA za kemično čiščenje kanala, ker lahko ti izdelki zmanjšajo trdnost vezi.
3. Če je potrebna dodatna retencija, nanesite na površino G-CEM ONE ENHESIVATIVNI PRIMER za 10 sekund. Temeljito sušite z zrakom brez olja pod MAXIMALNIM pritiskom, dokler raztopina primerja ne preneha pritekati iz vhoda v koreninski kanal. Za preprečevanje raztrosa primerja uporabite vakuumsko sesanje. Odvečno raztopino primerja odstranite s papirnatimi poeni.
2. PRIPRAVA ZATIČKA
Prepričajte se, da je zatiček predhodno obdelan v skladu z navodili proizvajalca.
3. NANOS IN CEMENTIRANJE
a) Pred prvo uporabo iz nove brizge ali po dolgem intervalu med uporabo odzračite paste iz brizge.
b) Priložite GC Automix nastavek za endo. Za podrobnosti glej A 4b) zgoraj.
c) Na mešalno konico nataknite podaljšek.
d) Material iztisnite neposredno v prostor za zatiček.
e) Zatiček vstavite takoj v prostor za zatiček v 1 minuti po nanosu cementa.
OPOMBA:
1. Oralna temperatura pospeši reakcijo strjevanja cementa.
2. Okoljska svetloba lahko skrajša delovni čas. Priporočljivo je, da med postopkom cementiranja zmanjšate intenzivnost ali izklopite luč na vašem stroju
3. Konico potopite v cement, da preprečite inhibicijo zraka.
4. NE uporabljajte lentule-spirale, za vnos cementa, ker lahko to skrajša delovni čas.
5. Ko je cement v stiku z G-CEM ONE ADHESIVE ADHESING PRIMER, se reakcija strjevanja pospeši. Da bi olajšali odstranjevanje viškov cementa, poskrbite za pravilno sušenje na zraku in ne pustite nobenih viškov G-CEM ONE okoli območja adhezije.
f) Vzdržujte zmeren tlak.
4. ODSTRANJEVANJE VIŠKOV CEMENTA
Še naprej vzdržujte zmeren pritisk in pri tem pazite, da zatiček ostane na mestu, in odstranite odvečni cement z ustreznimi instrumenti. V primeru vlitega zatička polimerizirajte vsako površino za 1 sekundo s polimerizacijsko lučko
5. KONČNO STRJEVANJE
a) Ob zmernem pritisku polimerizirajte s svetlobo vse površine/robove. Za čas polimerizacije glejte naslednjo tabelo.

Tabela 3. Čas polimerizacije G-CEM ONE

LED velike moči (več kot 1200 mW / cm^2)	10 sekund
Halogen / LED (700-1200 mW / cm^2)	20 sekund

b) Pustite, da se material strjuje še 4 minute.

SKLADIŠČENJE
Priporočljivo za optimalno delovanje, shranjujte pri temperaturi 4-25°C (39,2-77,0°F) stran od toplote, vlage in neposredne sončne svetlobe.

BARVE
A2 (odtenek Vita®), AO3 (opak), transparenten in bel netransparenten
Vita® je registrirana blagovna znamka Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemčija.

POZOR
1. V primeru stika z ustnim tkivom ali kožo takoj odstranite z gobo ali bombažem, namočenim v alkoholu. Izperite z vodo. Da se izognete stiku, lahko za izolacijo operacijskega polja- kože ali ustnega tkiva uporabite gumijasto opno in / ali COCOA BUTTER.
2. Če pri uporabi G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ali G-Premio BOND tkivo, ki je v stiku z materialom, postane belo ali nastane mehur, pacientu svetujte, naj pusti prizadeto območje nemoteno, dokler znamenje ne izgine, običajno v 1- 2 tedna.
3. V primeru stika z očmi takoj izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
4. Ne uporabljajte G-CEM ONE v kombinaciji z materiali, ki vsebujejo evgenol, saj lahko evgenol ovira pravilno namestitev ali lepljenje G-CEM ONE.
5. Med svetlobo uporabite zaščitni svetlobni ščit ali podobno zaščito za oči.
6. Ta izdelek ni naveden za polnjenje ali izdelavo jedra.
7. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči občutljivost. Če pride do takšnih reakcij, prenehajte z uporabo zdravila in se obrnite na zdravnika.
8. Osebno zaščitno opremo (OZO), kot so rokavice, maske za obraz in zaščitna očala, je treba vedno nositi.
9. Izogibajte se vdihavanju ali prebavi materiala.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER in G-Premio BOND sta hlapljiva. Uporabljajte v dobro prezračevanem prostoru. Bolnikom svetovati, naj dihajo skozi nos.
11. Ne mešajte z drugimi izdelki.
12. G-CEM ONE popolnoma polimerizirajte s svetlobo za učinkovito adhezijo. Nižja intenzivnost svetlobe lahko povzroči nezadostno adhezijo.
13. G-Premio BOND je lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja. Hraniti ločeno od virov vžiga. Ne shranjujte velikih količin na enem mestu. Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe.

Nekateri izdelki, na katere se nanaša ta IFU, so lahko razvrščeni kot nevarni glede na GHS. Vedno se seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo ob:
http://www.gceurope.com
Lahko jih dobite tudi pri vašem dobavitelju.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE
VEČ-UPORABNI SISTEMI ZA DISPENZIJO: za preprečevanje navzkrižne kontaminacije med bolniki je potrebna dezinfekcija na srednji ravni. Takoj po uporabi preverite, ali je dispenzer brezhiben. Če je poškodovan, ga zavrzite.
NE POTAPLJAJTE dispenzerja ampak ga temeljito očistite, da preprečite sušenje in kopičenje nečistoče. Razkužite z registriranim izdelkom za nadzor nad okužbami na srednji stopnji v skladu z regionalnimi / nacionalnimi smernicami.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, ki katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja sprememba: 11/2022

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

G-CEM ONE™
UNIVERZALNI SAMOLEPLJIVA KOMPOZITNI CEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
PRIMER ZA G-CEM ONE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

1. Cementiranje svih vrsta potpunih keramičkih, akrilatnih i sa metalnom osnovom inleja, onleja, krunica i mostova.
2. Cementiranje metalnih, keramičkih i vlaknastih kočića kao i livenih kočića i nadogradnji.
3. Cementiranje potpunih keramičkih i kompozitnih faseta.
4. Završno cementiranje krunica i mostova na nadogradnjama implantata.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata alergičnih na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere ili etanol.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A. TEHNIKA CEMENTIRANJA za sve inleje, onleje, krunice, mostove i faseta
1. PREPARACIJA ZUBA
a) Zub preparisati na uobičajeni način.
b) Preparisani zub očistiti abrazivnom pastom i vodom. Čista površina je preduslov optimalne adhezije.
c) Detaljno isprati vodom. Detaljno osušiti blagim mlazom bezuljnog vazduha. Preparisane površine trebaju da budu suve.
d) U slučaju neretencione pripreme gde je potrebna dodatna adhezija, nanesite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ili G-Premio BOND na površinu za adheziju. U slučaju da se koristi G-Premio BOND, uvek ga treba polimerizovati svetlom.
e) U slučaju cementiranja faseta ili onleja,nagrizati gleđ sa 35-40% ortofosfornom kiselinom 10-15 sekundi i isprati, a zatim naneti G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ili G-Premio BOND na površinu za adheziju. U slučaju da se koristi G-Premio BOND, uvek ga treba polimerizovati svetlom.
f) U slučaju cementiranja hibridne keramike (kao što je CERASMART270), G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ili G-Premio BOND treba naneti na površinu za adheziju. U slučaju da se koristi G-Premio BOND, uvek ga treba polimerizovati svetlom.
VAŽNO:
1. Ne koristiti preparate poput H_2O_2, EDTA i/ili sredstva za dezinfekciju, budući da mogu smanjiti čvrstoću spoja.
2. Treba posebno paziti na detaljno odstranjivanje praha abrazivnom pastom i vodom.
2a. NANOŠENJE G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMERA (opcija)
a) U čistu posudu za doziranje dozirati nekoliko kapi. Odmah zatvoriti poklopac bočice.
b) ODMAH naneti jednokratnim aplikatorom na preparisane površine gleđi i dentina.
c) Ostaviti da stoji 10 sekundi nakon završetka nanošenja.
d) Detaljno osušiti 5 sekundi bezuljnim vazduhom pod MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakuumsko usisavanje za sprečavanje prskanja adheziva.
Alternativno, se može koristiti G-Premio BOND umesto G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMERA.
2b. PRIMENA G-Premio BOND-a (opcija)
a) Pre nanošenja, dobro protresti bočicu adheziva G-Premio BOND.
b) Naneti nekoliko kapi u čistu posudu za doziranje. Odmah zatvoriti bočicu.
c) ODMAH naneti na pripremljene površine gleđi i dentina pomoću jednokratnog aplikatora.
d) Ostaviti bez diranja 10 sekundi posle završetka nanošenja.
e) Detaljno sušiti 5 sekundi bezuljnim vazduhom pod MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakuumsko usisavanje kako bi se sprečilo prskanje adheziva.
f) Polimerizovati svetlom.

Tablica 1. Vreme osvetljavanja za adheziv G-Premio BOND

	Udaljenost od vrha sprovodnika svetla <10 mm	Udaljenost od vrha sprovodnika svetla >10 mm
Visokoefikasno LED svetlo (više od 1200 mW/cm^2)	5 sekundi	10 sekundi
Halogeno / LED svetlo (700-1200 mW/cm^2)	10 sekundi	20 sekundi

NAPOMENE:
1. Svetlosno polimerizovati u potpunosti za efikasnu čvrstoću spoja. Niži intenzitet svetla prouzrokovaće nedovoljnu adheziju.
2. G-Premio BOND je svetlosno polimerizujući materijal. Zaštititi tečnost od svetlosti posle primene.
3. Molimo pogledati G-Premio Bond uputstva za upotrebu ako će se koristiti.
3. PREPARACIJA RESTAURACIJE
Proveriti da je restauracija preparisana i da se sa njom postupa shodno uputstvu proizvođača.
Za staklokeramiku, hibridnu keramiku i kompozit, naneti silansko sredstvo za spajanje na površinu za spajanje, npr. G-Multi PRIMER i osušiti vazdušnim mlazom.
4. DOZIRANJE
a) Pre prvog doziranja iz novog špirica ili nakon dužeg vremena nekorišćenja materijala, istisnuti paste iz špirica.
b) Odstraniti poklopac šprica okretanjem ¼ okreta u obrnutom smeru od kazaljke na satu. Postaviti nastavak GC Automix Tip, poravnavanjem zazora u obliku slova V na rubu nastavka za mešanje sa zazorom u obliku slova V između komora šprica. Čvrsto pritisnuti za postavljanje nastavka. Zatim okrenuti obojeni vrh nastavka za mešanje za ¼ okreta u smeru kazaljke na satu.
c) Materijal istisnuti direktno na restauraciju.
VAŽNO:
Korišćeni nastavak za mešanje može se ostaviti na špricu i koristiti kao poklopac do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
5. CEMENTIRANJE
a) Unutrašnje površine restauracije prekriti dovoljnom količinom cementa i odmah postaviti restauraciju. Radno vreme iznosi 2 minuta i 45 sekundi od početka mešanja na 23°C. Više temperature skraćuju vreme rada.
VAŽNO:
1. Okolno svetlo može skratiti vreme rada. Preporučuje se smanjenje intenziteta ili isključiti radno svetlo tokom postupka cementiranja.
2. Kada je cement u kontaktu sa prajmerom G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, reakcija verivanja se ubrzava i vreme rada se skraćuje.
3. U slučaju cementiranja faseta sa prajmerom G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, preporuč uja se cementiranje najviše jedne odjenom zbog relativno kratkog vremena rada.
b) Održati umereni pritisak do završetka završnog poliranja.
6. ODSTRANJENJE VIŠKA CEMENTA
a) Održati umereni pritisak i osigurati da restauracija ostane na mestu.
b) Odstraniti višak cementa korišćenjem sledećih tehnika:
1. Brzo stvrdnjavanje (tack cure) prelaženjem vođice sa svetlo lampe za polimerizaciju preko viška cementa 1 sekundu dok ne postigne gumastu konzistenciju i odstraniti višak cementa sondom ili drugim odgovarajućim instrumentom. Postizanje dobre konzistencije za odstranjenje viška cementa zavisi od svetla za polimerizaciju koje se koristi. Važno je pronaći najbolju kombinaciju vremena, intenziteta i udaljenosti svetla za polimerizaciju koje se koristi.
2. Održati umereni pritisak i odstraniti višak cementa četkicom. Osigurati da je višak cementa potpuno odstranjen sa teško dostupnih područja (npr. aproksimalna područja).
VAŽNO:
1. Ako se višak cementa odstranjuje pre potpunog stvrdnjavanja, mora se koristiti odgovarajući instrument za održavanje restauracije na mestu.
2. Za izbegavanje kiseonikom inhibiranog sloja na rubovima restauracije, rubove zaštititi glicerinskim gelom nakon odstranjivanja viška cementa.
7. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
a) Održavajući umereni pritisak, polimerizovati svetlom sve površine / Rubove. Pogledati sledeću tablicu za vreme osvetljavanja.

Tablica 2. Vreme osvetljavanja G-CEM ONE

Visokoefikasno LED svetlo (više od 1200 mW/cm^2)	10 sekundi
Halogeno / LED svetlo (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundi

b) Kod sledećih restauracija materijal ostaviti da se stvrdnjava 4 minuta nakon uklanjanja viška cementa.
- Metalne restauracije i restauracije sa metalnom osnovom
- Bezmetalne tamne i opakne restauracije
- Translucentne bezmetalne restauracije debljine veće od 2 mm
8. ZAVRŠNO POLIRANJE
Ako je potrebno, završno obraditi i polirati rubove odgovarajućim instrumentima.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA za metalne, keramičke, vlaknaste kočiće i livene kočiće i nadogradnje
1. PREPARACIJA ZUBA
Mesto za kočić preparisati u skladu sa uputstvom proizvođača. Mesto za kočić treba da bude čisto, isprano i detaljno osušeno papirnim aplikatorima. Mesto za kočić treba biti suvo.
VAŽNO:
1. Za hemijsko čišćenje mesta za kočić preporučuje se korišćenje rastvora natrijum hipohlorita.
2. Ne koristiti H_2O_2 i/ili EDTA za hemijsko čišćenje mesta za kočić, budući da ti proizvodi mogu smanjiti čvrstoću spoja.
3. Ako je potrebna dodatna adhezija, naneti G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER na adhezivne površine 10 sekundi. Detaljno osušiti vazduhom bez ulja pod MAKSIMALNIM pritiskom dok višak rastvora prajmera ne izađe iz ulaza u kanal korena. Koristiti vakuumsko usisavanje za sprečavanje prskanja adheziva. Papirnim aplikatorima odstraniti višak rastvora primera.
2. PREPARACIJA KOČIĆA
Proveriti da je kočić preparisan i da se njime rukuje u skladu sa uputstvom proizvođača.
3. DOZIRANJE I CEMENTIRANJE
a) Pre prvog doziranja iz novog špirica ili nakon dužeg vremena nekorišćenja materijala, istisnuti paste iz šprica.
b) Postaviti nastavak GC Automix Tip za endodonciju. Detaljno uputstvo pogledati pod A 4b) gore.
c) Na nastavak za mešanje postaviti produžetak.
d) Materijal istisnuti direktno na mesto za kočić.
e) Kočić postaviti odmah na mesto za kočić u toku 1 minuta od nanošenja cementa.
VAŽNO:
1. Oralna temperatura ubrzava reakciju stvrdnjavanja cementa.
2. Okolno svetlo može skratiti vreme rada. Preporučuje se smanjenje intenziteta ili isključiti radno svetlo tokom postupka cementiranja.
3. Vrh ostaviti uronjen u cement tokom doziranja, kako bi se izbeglo uključenje vazduha.
4. NE koristiti lentulo spirale za postavljanje cementa na mesto kočića, budući da se time može skratiti vreme rada.
5. Ako je cement u dodiru s G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMEROM, reakcija stvrdnjavanja se ubrzava. Kako bi se olakšalo odstranjivanje viška cementa, osigurati pravilno sušenje vazdušnim mlazom i ne ostaviti višak G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMERA oko područja adhezije.
f) Održati umereni pritisak.
4. ODSTRANJENJE VIŠKA CEMENTA
Nastaviti održavati umereni pritisak, osiguravajući da kočić ostaje na mestu i odstraniti višak cementa odgovarajućim instrumentima.
U slučaju livenog kočića i nadogradnje, brzo stvrdnuti (tack cure) sve površine po 1 sekundu uređajem za polimerizaciju vidljivim svetlom.
5. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
a) Održavajući umereni pritisak, polimerizovati svetlom sve površine / rubove. Pogledati sledeću tablicu za vreme osvetljavanja.

Tablica 3. Vreme osvetljavanja G-CEM ONE

Visokoefikasno LED svetlo (više od 1200 mW/cm^2)	10 sekundi
Halogeno / LED svetlo (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundi

b) Materijal ostaviti da se stvrdnjava još 4 minuta.

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporučuje se čuvanje na temperaturi od 4-25°C, daleko od izvora toplote, vlage i direktne sunčeve svetlosti.

BOJE
A2 (Vita® boja), AO3 (opakna), Translucent (translucentna) i White opaque (bela opakna)
Vita® je zaštitni znak fabrike Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemačka.

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti sunđerom ili vatom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira, može se koristiti koferdam i/ili KAKAO MASLAC za izolaciju radnog područja od kože ili oralnog tkiva.
2. Kada se koristi G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ili G-Primo BOND, ako tkivo u kontaktu sa materijalom pobeli ili formira mehurić, savetovati pacijentu da ne dira zahvaćeno područje, dok promena ne nestane, obično za 1-2 nedelje.
3. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
4. Ne koristiti G-CEM ONE u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može sprečiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje materijala G-CEM ONE.
5. Tokom svetlosne polimerizacije koristiti zaštitu od svetla ili sličnu zaštitu za oči.
6. Ovaj proizvod nije indikovan za izradu ispuna ili nadogradnji.
7. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije odmah prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
8. Uvek treba nositi lična zaštitna sredstva (PPE - Personal Protective Equipment), kao što su rukavice, maske za lice i zaštitne naočare.
9. Izbegavati udisanje ili gutanje materijala.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER I G-Premio BOND su isparljivi. Koristiti no dobro provetrenom mestu. Savetovati pacijentima da dišu kroz nos.
11. Ne mešati sa drugim proizvodima.
12. Svetlosno polimerizovati G-CEM ONE u potpunosti za efikasnu čvrstoću spoja. Niži intenzitet svetla može prouzrokovati nedovoljnu adheziju.
13. G-Premio BOND je vrlo zapaljiva tečnost i para. Ne koristiti u blizini otvorenog plamena. Držati dalje od izvora topte. Ne skladištiti velike količine na jednoj mestu Čuvati dalje od direktne sunčeve svetlosti.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
http://www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje međusobne zaraze između pacijenata, ovaj predmet zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon uporabe proveriti predmet i označiti ga ako su mu svojstva umanjena. U slučaju oštećenja predmet baciti.
NE URANJATI U VODU. Predmet detaljno očistiti kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji nivo kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajuće autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 11/2022

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

G-CEM ONE™
Джі-ЦЕМ ВАН
УНІВЕРСАЛЬНИЙ САМОАДГЕЗИВНИЙ КОМПОЗИТНИЙ ЦЕМЕНТ

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
ДЖІ-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР

ПРАЙМЕР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АДГЕЗІЇ ДЛЯ Джі-ЦЕМ ВАН

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Фіксація всіх типів керамічних, композитних та металевих вкладок, накладок, коронок та мостоподібних протезів.
2. Фіксація всіх типів металевих, керамічних, волоконних штифтів та литих куксових вкладок.
3. Фіксація всіх типів керамічних та композитних вінірів.
4. Фінальна фіксація коронок та мостоподібних протезів на абатменти імплантатів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. Уникайте використання для пацієнтів із підтвердженою алергією на мономер метакрилату, полімер метакрилату та етанол.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
А. ТЕХНІКА ФІКСАЦІЇ для всіх типів вкладок, накладок, коронок, мостоподібних протезів та вінірів
1. ПІДГОТОВКА ЗУБА
а) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику
б) Очистіть відпрепарований зуб за допомогою пемзи та води. Чистота поверхні є першорядною вимогою для оптимальної адгезії.
в) Ретельно промийте зуб водою. Ретельно висушіть повітрям без домішок мастила. Відпрепарована поверхня зуба має бути сухою.
г) У випадках неретенційного препарування, де необхідна додаткова адгезія, нанесіть G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР) чи G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) на адгезивну поверхню. Завжди полімеризуйте G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД), якщо ви його використовуєте.
д) У випадку фіксації вінірів чи накладок, протравіть емаль 35-40% ортофосфорною кислотою протягом 10-15 секунд та змийте водою, а потім нанесіть G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР) чи G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) на адгезивну поверхню. Завжди полімеризуйте G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД), якщо ви його використовуєте.
е) У випадку фіксації гібридної кераміки (наприклад CERASMART270 (ЦЕРАСМАРТ270)), G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР) чи G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) слід наносити на адгезивну поверхню. Завжди полімеризуйте G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД), якщо ви його використовуєте.
ПРИМІТКА:
1. Не використовуйте такі речовини, як H_2O_2 (перекис водню), EDTA та/або дезінфікуючі засоби, оскільки ці продукти можуть знизити силу адгезії.
2. Також за допомогою пемзи та води ретельно видаліть скан-спрей або оклюзійний спрей.
2а. Нанесення G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-Цем Ван Адгезив Енхансінг Праймер) (Опціонально)
а) Видавіть декілька крапель на чисту палету для дозування. Одразу закрийте кришечку пляшечки.
б) ОДРАЗУ нанесіть на відпрепаровану поверхню емалі та дентину, використовуючи одноразовий аплікатор.
в) Залиште на 10 секунд після нанесення.
г) Ретельно висушіть протягом 5 секунд повітрям без домішок мастила при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря. Використовуйте вакуумний відсмоктувач для запобігання розбризкування праймера.
Альтернативно ви можете використовувати G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) замість G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР).
2б. НАНЕСЕННЯ G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) (Необов'язково)
а) Перед дозуванням ретельно струсіть пляшечку G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД).
б) Видавіть декілька крапель на чисту палету для дозування. Одразу закрийте кришечку пляшечки.
в) НЕГАЙНО нанесіть на підготовлену емаль та поверхню дентину, використовуючи одноразовий аплікатор.
г) Витримайте 10 секунд після нанесення.
д) Просушіть повітрям протягом 5 секунд без домішок мастила при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря. Використовуйте вакуумний відсмоктувач, щоб запобігти розбризкуванню адгезиву.
е) Полімеризуйте, використовуючи полімеризаційний пристрій.

Таблиця 1. Час полімеризації G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД)

	Відстань від полімеризатора < 10 мм	Відстань від полімеризатора > 10 мм
Високопотужний світлодіодний полімеризатор (понад 1200 мВт/см^2)	5 секунд	10 секунд
Галогеновий / Світлодіодний полімеризатор (700-1200 мВт/см^2)	10 секунд	20 секунд

ПРИМІТКИ:
1. Повністю полімеризуйте світлом для ефективної міцності з'єднання. Менша інтенсивність світла може спричинити недостатню адгезію.
2. G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) це матеріал світлової полімеризації. Захистіть рідину від світла після дозування
3. Будь ласка, зверніться до інструкції з використання, якщо ви використовуєте G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД).
3. ПІДГОТОВКА ОРТОПЕДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Переконайтеся в тому, що ортопедична конструкція була попередньо оброблена відповідно до інструкцій виробника.
Для склокераміки, гібридної кераміки та композиту на адгезивну поверхню нанесіть з'єднувальний агент, що містить силан (наприклад, G-Multi PRIMER (Джі-Мульті Праймер)) та просушіть за допомогою повітряного пістолета.
4. ДОЗУВАННЯ
а) Перед першим видавлюванням матеріалу з нового картриджа або, якщо картридж довго не використовувався, спершу видавіть невелику кількість паст.
б) Зніміть ковпачок із картриджа, повернувши його на 1/4 проти годинникової стрілки. Приєднайте GC Automix Tip (ДжіСі Автомікс Тіп), сумістивши V-подібні канавки на обідку насадки та між соплами картриджа.
в) Внесіть матеріал безпосередньо в ортопедичну конструкцію.
ПРИМІТКА:
Використана змішуюча насадка може слугувати захисним ковпачком до наступного використання. Для кожного внесення матеріалу використовуйте нову змішуючу насадку.
5. ФІКСАЦІЯ
а) Нанесіть шар цементу достатньої товщини на внутрішню поверхню реставрації та встановіть її на куксу. Робочий час складає 2 хвилини 45 секунд від початку замішування при 23°C (73°F). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.
ПРИМІТКА:
1. Зовнішнє світло може призвести до скорочення робочого часу. Рекомендовано зменшити інтенсивність або вимкнути світильник стоматологічної установки на час процедури фіксації.
2. Коли цемент контактує з G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР), прискорюється реакція полімеризації та скорочується робочий час.
3. У випадку фіксації вініру за допомогою G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР), рекомендується фіксувати по одному вініру через відносно короткий робочий час.
б) Протягом усього часу твердіння аж до виконання фінального полірування сила натискання повинна бути помірною.
6. ВИДАЛЕННЯ НАДЛИШКІВ ЦЕМЕНТУ
а) Сила натискання повинна бути помірною; переконайтеся, що реставрація не зрушила з місця.
б) Видаліть надлишки, використовуючи одну з технік наведених нижче:
1. Для видалення надлишків цементу полімеризуйте їх за допомогою терапевтичного полімеризатора протягом 1 секунди (роблячи хвильові рухи світловодом), доки консистенція не стане суцільно гумовою та видаліть надлишки, використовуючи зонд чи інший відповідний інструмент. Досягнення правильної консистенції для видалення надлишків матеріалу залежить від полімеризаційного пристрою. Важливо знайти найкраще поєднання часу, інтенсивності світла та відстані світловоду.
2. Підтримуйте помірний тиск та видаліть надлишки цементу, використовуючи пензлик. Переконайтеся, що надлишки цементу ретельно видалені з важкодоступних місць (наприклад, інтерпроксимальні ділянки)
ПРИМІТКА:
1. При видаленні надлишків цементу перед остаточним твердінням необхідно використовувати ручний цемент, щоб утримати реставрацію на місці.
2. Для того, щоб запобігти утворенню інгібованого киснем шару захистіть границі конструкції та тканин зуба гліцериновим гелем після видалення надлишків цементу.
7. КІНЦЕВЕ ТВЕРДІННЯ
а) Підтримуючи помірний тиск, полімеризуйте світлом усі поверхні/краї. Зверніться до наступної таблиці щодо часу полімеризації.

Таблиця 2. Час полімеризації G-CEM ONE (Джі-ЦЕМ ВАН)

Високопотужний світлодіодний полімеризатор (понад 1200 мВт/см^2)	10 секунд
Галогеновий / Світлодіодний полімеризатор (700-1200 мВт/см^2)	20 секунд

б) Якщо передбачені подальші маніпуляції, потрібно залишити матеріал на 4 хвилини для твердіння після видалення надлишків цементу.
- Металеві ортопедичні конструкції та конструкції на металевому каркасі
- Безметалеві темні та опакові ортопедичні конструкції
- Напівпрозорі безметалеві конструкції завтовшки більше, ніж 2 мм.
8. ОСТАТОЧНА ОБРОБКА
Якщо необхідно, виконайте фінірування та полірування границь, використовуючи відповідні інструменти.

Б. ТЕХНІКА ФІКСАЦІЇ металевих, керамічних, волоконних штифтів та литих куксових вкладок
1. ПІДГОТОВКА ЗУБ
Підготуйте місце встановлення штифта (ложе) відповідно до інструкцій виробника. Воно має бути чистим, промитим та ретельно висушеним за допомогою паперових штифтів. Ложе штифта повинно бути сухим.
ПРИМІТКА:
1. Для хімічного очищення ложа штифта рекомендується використання розчину гіпохлориту натрію.
2. Не використовуйте H_2O_2 (перекис водню) та/або EDTA для хімічного очищення ложа, оскільки ці продукти можуть зменшити силу адгезії.
3. Якщо потрібна додаткова адгезія, нанесіть G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-Цем Ван Адгезив Енхансінг Праймер) на адгезивну поверхню. Ретельно висушіть повітрям без домішок мастила при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску доки праймер не перестане виходити з устя кореневого каналу. Використовуйте вакуумний відсмоктувач для запобігання розбризкування праймера. Видаліть надлишки праймера за допомогою паперових штифтів.
2. ПІДГОТОВКА ШТИФТА
Переконайтеся, що штифт підготовлений та оброблений відповідно до інструкцій виробника.
3. ДОЗУВАННЯ ТА ФІКСАЦІЯ
а) Перед першим видавлюванням матеріалу з нового картриджа, або якщо картридж довго не використовувався, спочатку видавіть невелику кількість паст.
б) Приєднайте насадку для ендодонтичного автоматичного замішування, дивіться пункт А 4б) вище.
в) Приєднайте подовжуючу насадку до змішувальної насадки.
г) Внесіть матеріал безпосередньо в ложе штифта.
д) Встановіть штифт на місце протягом 1 хвилини з моменту внесення цементу.
ПРИМІТКА:
1. Температура в порожнині рота прискорює реакцію твердіння цементу.
2. Зовнішнє світло може призвести до скорочення робочого часу. Рекомендовано зменшити інтенсивність або вимкнути освітлення стоматологічної установки під час процедури цементування.
3. Для запобігання потраплянню повітря в цемент під час внесення тримайте носик занурениим у матеріал.
4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ каналонаповнювач для внесення цементу, оскільки це може скоротити робочий час.
5. При контакті цементу з G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-Цем Ван Адгезив Енхансінг Праймер) час твердіння зменшується. Щоб полегшити видалення надлишків, ретельно висушіть та не залишіть будь-яких залишків G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-Цем Ван Адгезив Енхансінг Праймер) навколо адгезивної поверхні.
е) Підтримуйте помірний тиск.
4. ВИДАЛЕННЯ НАДЛИШКІВ ЦЕМЕНТУ
Підтримуйте помірну силу натискання, слідкуючи за тим, щоб реставрація не зрушила, та видаліть надлишки цементу відповідним інструментом. У випадку встановлення литої куксової вкладки «прихопіть» світлом всі поверхні по 1 секунду кожну, використовуючи терапевтичний полімеризатор.
5. ОСТАТОЧНЕ ТВЕРДІННЯ
а) Підтримуючи помірний тиск, полімеризуйте світлом усі поверхні/краї. Зверніться до наступної таблиці щодо часу полімеризації.

Таблиця 3. Час полімеризації G-CEM ONE (Джі-ЦЕМ ВАН)

Високопотужний світлодіодний полімеризатор (понад 1200 мВт/см^2)	10 секунд
Галогеновий / Світлодіодний полімеризатор (700-1200 мВт/см^2)	20 секунд

б) Залиште матеріал ще на 4 хвилини для самостійного твердіння.

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик зберігайте при кімнатній температурі 4-25°C (39,2-77,0°F) подалі від впливу високих температур, вологи та прямих сонячних променів.

ВІДТІНОК
A2 (Vita® (Віта) відтінок), AO3 (опак), Прозорий та Білий опак.
Vita® (Віта) - це зареєстрована торгова марка компанії Zahnfabrik, Bad Säckingen (Занфбрік, Бад-Зеккінген) Німеччина.

УВАГА
1. У випадку контакту з м'якими тканинами порожнини рота або зі шкірою негайно видаліть матеріал серветкою або тампоном, змоченими в спирті. Промийте великою кількістю води. Задля запобігання потраплянню матеріалу на шкіру або слизову використовуйте для ізоляції робочого поля кофердам та/або COCOA BUTTER (КООКА БАТТЕР).
2. Якщо при використанні G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР) чи G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) тканина, з якою контактує матеріал, стає білою або на ній утворюється пухир, порадьте пацієнту не турбувати уражену ділянку, доки пляма не зникне, зазвичай через 1-2 тижні.
3. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
4. Не використовуйте G-CEM ONE (Джі-ЦЕМ ВАН) в поєднанні з матеріалами, що містять евгенол, оскільки він може перешкодити застиганню G-CEM ONE (Джі-ЦЕМ ВАН) або отриманню належної адгезії.
5. Використовуйте захисний екран або захисні окуляри під час полімеризації.
6. Цей матеріал не показаний для реставрацій або надбудови кукси.
7. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. В разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
8. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.
9. Уникайте вдихування та проковтування матеріалу.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (Джі-ЦЕМ ВАН АДГЕЗИВ ЕНХАНСІНГ ПРАЙМЕР) чи G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) це летючі матеріали. Використовуйте матеріал у добре вентильованих приміщеннях. Порадьте пацієнту дихати носом.
11. Не змішуйте матеріал з іншими продуктами.
12. Повністю полімеризуйте (Джі-ЦЕМ ВАН) для ефективної міцності адгезії. Менша інтенсивність світла може спричинити недостатню адгезію.
13. G-Premio BOND (Джі-Преміо БОНД) є легкозаймистою рідиною та парою. Не використовуйте поблизу відкритого вогню. Тримати подалі від джерел вогню. Не зберігайте велику кількість в одному місці. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи Класифікації хімічних речовин. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Їх також можна отримати у вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗІНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб запобігти засиханню та накопиченню забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних / національних вимог.

Для отримання Підсумку з Безпеки та Клінічної Ефективності (SSCP), перегляньте базу даних EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) або зв'яжіться з нами за електронною адресою Regulatory.gce@gc.dental

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженого представника виробника в Україні за наступною адресою:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 11/2022

UA.TR.101
Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

G-CEM ONE™
UNIVERSAL SELF-ADEZIV REZIN SIMAN

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
G-CEM ONE İÇİN DİŞ PRİMERİ

Sadece önerilen endikasyonlarda bir diş hekimi tarafından kullanılır.

KULLANIM ENDİKASYONLARI
1. Tüm seramik, rezin ve metal altyapılı inleyler, onleyler, kuronlar ve köprülerin her türlü simantasyonu.
2. Metal, seramik, fiber post, döküm post ve kor simantasyonu.
3. Tüm seramik ve kompozit veneerlerin simantasyonu.
4. İmplant abutmentlerinde kuron ve köprülerin nihai simantasyonu.

KONTRENDİKASYONLARI
1. Direkt pulpa capping.
2. Metakrilat monomeri, metakrilat polimeri veya etanol alerjisi olduğu bilinen hastalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının.

KULLANIM TALİMATLARI
A. Tüm inleyler, onleyler, kuronlar, köprüler ve veneerler için SİMANTASYON TEKNİĞİ
1. DİŞİN HAZIRLIĞI
a) DİŞİN her zamanki gibi hazırlayın.
b) Hazırlanan dişi ponza ve su ile temizleyin. En iyi adezyon için temiz bir yüzey çok önemlidir.
c) Su ile iyice durulayın. Hafif basınçta, yağsız hava ile iyice kurutun.
d) Retantif olmayan preperasyonlarda ekstra adezyon gerektiğinde, adeziv yüzeye G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ya da G-Premio BOND uygulayın. G-Premio BOND kullanıldığı durumlarda ışınlama yapılması gerekmektedir.
e) Veneer ya da onlay simantasyonunda, mine %35-%40 fosforik asit 10 ila 15 saniye uygulanır ve durulandıktan sonra G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ya da G-Premio BOND adeziv yüzeye uygulanır. G-Premio BOND kullanılması durumunda ışınlama yapılmalıdır.
f) Hibrit seramik simantasyonu yapılması durumunda (CERASMART270 gibi), G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ya da G-Premio BOND adeziv yüzeye uygulanmalıdır. G-Premio BOND kullanılması durumunda her zaman ışınlama yapılmalıdır.
NOT:
1. H_2O_2, EDTA ve / veya dezenfektanlar gibi maddeler kullanmayın, bunlar yapışma mukavemetini düşürebilir.
2. Görüntüleme tozlarını pomza ve suyla iyice temizlemek için de özel dikkat gösterilmelidir.
2a. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER UYGULAMASI (Opsiyonel)
a) Temiz bir dağıtım kabına birkaç damla damlatın. Şişe kapağını hemen kapatın.
b) Tek kullanımlık aplikatör kullanarak HEMEN hazırlanan mine ve dentine uygulayın.
c) Uygulama bittikten sonra 10 saniye bırakılmalı ve beklenmelidir.
d) MAXIMUM hava basıncı altında yağsız hava ile 5 saniye boyunca iyice kurutun. Adezivin sıçramasını önlemek için vakum kullanın.
G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER yerine alternatif olarak G-Premio BOND kullanılabilir.
2b. G-Premio BOND Uygulaması (opsiyonel)
a) Kullanmadan önce. G-Premio BOND şişesini iyice çalkalayınız.
b) Uygulama kabına birkaç damla damlattıktan sonra şişe kapağını ivediyetle kapatınız.
c) Önceden hazırlanmış mine ve dentin yüzeyine tek kullanımlık aplikatör ile direkt olarak uygulayınız.
d) Uygulamadan sonra 10 saniye bekleyiniz.
e) Maksimum basınçla 5 saniye hava uygulayınız. Adezivin sıçramasını önlemek için vakum kullanın.
f) Görünür ışık kaynağı kullanarak ışık uygulayınız.

Tablo 1. G-Premio BOND ışık uygulama süresi

	Işık kaynağından mesafe <10 mm	Işık kaynağından mesafe >10 mm
Yüksek güçlü LED (1200 mW/cm^2 'den fazla)	5 saniye	10 saniye
Halojen / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 saniye	20 saniye

Notlar:
1. Işık uygulaması bağlanma gücünü etkileyeceğinden düşük ışık yoğunluğu yetersiz adezyon kuvvetine sebep olacaktır.
2. G-Premio BOND ışıkla sertleşen bir materyal olduğundan uygulama öncesi karanlık ortamda saklayınız.
3. G-Premio BOND kullanmadan önce lütfen kullanım talimatını inceleyiniz.
3. RESTORASYONUN HAZIRLIĞI
Restorasyonun, üretici talimatlarına göre hazırlandığından emin olun.
Cam seramikler, hibrit seramikler ve kompozitler için uygulama yüzeyinee G-Multi PRIMER gibi bir silan ajanı uygulayınız ve hava şırıngası ile kurutunuz.
4. UYGULAMA
a) Yeni bir şırıngayı veya bir önceki kullanımdan uzun zaman geçmiş bir ürünü kullanmadan önce bir miktar simanı boşa akıtarak havasını alın.
b) Şırınganın kapağını saat yönünün tersine 1/4 tur döndürerek çıkarın. Bir GC Automix Tip'i, kenarındaki V şeklindeki çentik ile şırınga hazneleri arasındaki V şeklindeki çentikle hizalayarak takın. Karıştırma ucunu takmak için sıkıca itin. Sonra karıştırma ucunun renkli halkasını saat yönünde 1/4 tur çevirin.
c) Malzemeyi doğrudan restorasyona sıkın.
NOT:
Kullanılan karıştırma ucu, bir sonraki kullanıma kadar saklama kapağı görevi görmek üzere şırınga üzerinde bırakılabilir. Her yeni yeni uygulama için yeni bir karıştırma ucu kullanın.
5. SİMANTASYON
a) Restorasyonun iç yüzeyini yeterli siman ile kaplayın ve hemen yerleştirin. Çalışma süresi 23°C'de (73°F) karışımın başlamasından sonra 2 dakika 45 saniyedir. Yüksek sıcaklıklar çalışma süresini kısaltır.
NOT:
1. Ortam ışığı çalışma süresini kısaltabilir. Simantasyon prosedürü sırasında ışık yoğunluğunu azaltmanız veya çalışma ışığını kapatmanız önerilir.
2. Siman, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ile etkileşime girdiğinde reaksiyon hızları ve çalışma süresi kısalır.
3. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER kullanılarak yapılan veneer simantasyon yapıldığında, kısalan çalışma süresi sebebiyle tek seferde en fazla bir simantasyon önerilir.
b) Son cilalama yapılana kadar orta basınç uygulamaya devam edin.
6. FAZLA SİMANIN UZAKLAŞTIRILMASI
a) Orta basınç uygulamaya devam edin ve restorasyonun hareket etmediğinden emin olun.
b) Aşağıdaki tekniklerden birini kullanarak fazla simanı uzaklaştırın:
1. Sert kauçuk bir kıvamına gelene kadar ışık cihazının ucunu fazlalık siman üzerinde 1 saniye dalgalandırarak tutun ve bir sont veya başka bir uygun alet kullanarak fazla simanı çıkarın. Fazla simanı uzaklaştırmak için iyi bir kıvama ulaşmak kullanılan ışık cihazına bağlıdır. Kullanılan cihazın zaman, yoğunluk ve mesafesinin en iyi kombinasyonunu bulmak önemlidir.
2. Orta basınç uygulayarak tutun ve fazla simanı fırça ile temizleyin. Fazla simanın zor erişilen alanlardan (örn. İnterproksimal alanlar) iyice temizlendiğinden emin olun.
NOT:
1. Fazla siman aşırı sertleşmeden önce çıkarılırsa, restorasyonu yerinde tutmak için uygun bir alet kullanılmalıdır.
2. Restorasyon marjininde oksijen inhibisyon katmanından kaçınmak için, fazla simanı çıkardıktan sonra marjinleri bir gliserin jel ile koruyun.
7. SON POLİMERİZASYON
a) Orta düzeyde basınç uygularken bütün yüzey ve kenarlara ışınlama süresi tablosuna göre ışınlama yapın.

Tablo2. G-CEM ONE ışınlama süresi

Yüksek güçlü LED (1200 mW/cm^2 'den fazla)	10 saniye
Halojen / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 saniye

b) Aşağıdaki restorasyonlar için, fazlalık simanı çıkardıktan sonra malzemeyi 4 dakika bekletin.
- Metal ve metal koping restorasyonları
- Metal içermeyen karanlık ve opak restorasyonlar
- 2 mm'den daha büyük, yarı saydam, metal içermeyen restorasyonlar
8. NİHAİ CİLALAMA
Gerekirse, Marjinleri uygun aletlerle bitirin ve cilalayın.

B. Metal, seramik, fiber postlar, dökme stlar ve korlar için SİMANTASYON TEKNİĞİ
1. DİŞİN HAZIRLIĞI
Post alanını üreticinin talimatlarına göre hazırlayın. Post boşluğu paper point kullanılarak temizlenmeli, durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır.Post boşluğu kuru olmalıdır.
NOT:
1. Post boşluğunun kimyasal temizliği için sodyum hipoklorit çözeltisinin kullanılması önerilir.
2. H2O2 ve / veya EDTA'yı post boşluğu kimyasal temizliği için kullanmayın, çünkü bu ürünler bağlanma gücünü azaltabilir.
3. Ekstra DEZYON gerekiyorsa, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER'I ADEZİV yüzeye 10 saniye boyunca uygulayın. Primer solüsyonun kök kanal girişinden çıkışı durana kadar, MAKSİMUM basınçta yağsız hava ile kurutunuz. Adezivin sıçramasını önlemek için vakum kullanın. Paper pointler ile fazla primer solüsyonunu alın.
2. POST HAZIRLIĞI
Postun, üretici talimatlarına göre hazırlandığından emin olun.
3. UYGULAMA ve SİMANTASYON
a) Yeni bir şırıngayı veya bir önceki kullanımdan uzun zaman geçmiş bir ürünü kullanmadan önce bir miktar simanı boşa akıtarak havasını alın.
b) Bir GC Automix Tip, endo için, takın. Ayrıntılar için yukarıdaki A 4b) 'ye bakınız.
c) Uzatma ucunu karıştırma ucuna takın.
d) Malzemeyi doğrudan post boşluğuna sıkın.
e) Siman uygulamasından sonraki 1 dakika içinde postu direk olarak post boşluğuna yerleştirin
NOT:
1. Ağız ortamı sıcaklığı simanın sertleşme reaksiyonunu hızlandırır.
2. Ortam ışığı çalışma süresini kısaltabilir. Simantasyon prosedürü sırasında ışık yoğunluğunu azaltmanız veya çalışma ışığını kapatmanız önerilir.
3. Hava girişini engellemek için uygulama sırasında ucu, simana batırılmış halde tutun.
4. Simanı post boşluğuna yerleştirmek için lentulo spiraller KULLANMAYIN çünkü çalışma süresini kısaltabilir.
5. Siman, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ile temas ettiğinde, reaksiyonu hızlanır. Fazlalık simanı çıkarmayı kolaylaştırmak için, düzgün bir şekilde kuruduğundan emin olun ve G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER'ı, adezyon alanının çevresinde fazlalık bırakmayın.
f) Orta basınç uygulayın.
4. FAZLA SİMANIN UZAKLAŞTIRILMASI
Postun yerinde kaldığından emin olarak orta basınç uygulamaya devam edin ve fazla simanı uygun aletlerle çıkarın. Döküm postu ve kor olması durumunda, tüm yüzeyi bir ışık cihazı ile 1 saniye boyunca ışıklayın.
5. SON POLİMERİZASYON
a) Orta düzeyde basınç uygularken bütün yüzey ve kenarlara ışınlama süresi tablosuna göre ışınlama yapın.

Tablo3. G-CEM ONE ışınlama süresi

Yüksek güçlü LED (1200 mW/cm^2 'den fazla)	10 saniye
Halojen / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 saniye

b) Malzemeyi 4 dakika daha bekletin.

SAKLAMA
Optimum performans için direkt güneş ışığı, nem ve ısıdan uzakta, 4-25°C (39.2-77.0°F)'de saklanması önerilir.

RENKLER
A2 (Vita® renk), AO3 (opak), Translucent ve Beyaz opak
Vita®, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır.

DİKKAT
1. Oral doku veya cilt ile temasında derhal bir sünger veya alkole batırılmış pamukla temizleyin. Su ile yıkayın. Deri veya oral doku ile teması önlemek için rubber dam ve/veya CACAO BUTTER kullanılarak operasyon bölgesinin izolasyonu sağlanabilir.
2. G-CEM ONE ADHESIVE PRIMER veya G-Premio BOND kullanırken, materyale maruz kalan dokuda beyazlık veya şişlik olması durumunda, hastaya etkilenen bölgeyi şişlik veya beyazlık geçene kadar (genellikle 1-2 hafta) irite edilmemesi gerektiğini söyleyin.
3. Göz ile temasında derhal suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
4. Öjenol, G-CEM ONE'ın uygun şekilde sertleşmesini ve bağlanmasını engelleyebileceği için, öjenol içeren malzemelerle birlikte kullanmayınız.
5. Işıkla polimerizasyon sırasında sırasında koruyucu bir ışık kalkanı veya benzer koruyucu gözlük takın.
6. Bu ürün dolgu veya kor yapımı için endike değildir.
7. Nadir durumlarda ürün bazı kişilerde hassasiyete neden olabilir. Bu tür reaksiyonlar yaşanırsa, ürünün kullanımını bırakın ve bir doktora başvurun.
8. Eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlük gibi kişisel koruyucu donanım (KKD) daima kullanılmalıdır.
9. Malzemeyi solumaktan veya yutmaktan kaçının.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ve G-Premio BOND uçucudur. İyi havalandırılan bir yerde kullanın. Hastaya burundan solumasını önerin.
11. Diğer ürünlerle karıştırmayın.
12. G-CEM ONE ürününe yapılan ışınlama tamamen etkili bağlanma gücü sağlamak içindir. Düşük ışık yoğunluğu yetersiz adezyona sebep olabilir.
13. G-Premio BOND sıvı ve buhar halde aşırı yanıcıdır. Açık ateş yakınında kullanmayın. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Toplu bir şekilde saklamayın. Güneş ışığından uzak tutun.

Bu kullanma talimatlarında (IFU) sözü geçen bazı ürünler GHS'ye göre zararlı olarak sınıflandırılabilir. Güvenlik bilgi formlarını:
http:// www.gceurope.com
da inceleyiniz.
Bu dosyaları tedarikçinizden de temin edebilirsiniz.

TTEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK KULLANIMLI UYGULAMA SİSTEMLERİ: Hastalar arasında çapraz bulaşmayı önlemek için bu cihaz orta seviye dezenfeksiyon gerektirir. Kullanımdan hemen sonra cihazı inceleyin ve yıpranma için etiketleyin. Hasar görmüşse cihazı atın.
SIVIYA DALDIRMAYIN. Kurumasını ve kontaminasyonun akümilasyonunu önlemek için cihazı iyice temizleyin. Ulusal / bölgesel sağlık bakım – seviye enfeksiyon kontrol ürünlerin rehberinde orta seviye olarak kaydedilmiş ürünler ile dezenfekte edin.

Güvenlik ve Klinik Performans Özeti'ni (SSCP) EUDAMED veritabanından kontrol edebilirsiniz (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya Regulatory.gce@gc.dental adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz ülkenin uygun otoritesi seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental
bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son revizyon: 11/2022

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. LV

G-CEM ONE™
UNIVERSĀLS PAŠADHEZĪVAIS SVEĶU CEMENTS

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
G-CEM ONE PRAIMERIS ZOBAM

Drīkst lietot tikai zobārstniecības speciālisti, kā noteikts lietošanas instrukcijā.

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS
1. Visa veida keramikas, kompozīta un metāla bāzes inleju, onleju, kroņu un tiltu cementēšana.
2. Metāla, keramikas, šķiedru tapu, lieto tapu un stumbru cementēšana.
3. Keramikas un kompozīta venīru cementēšana.
4. Kroņu un tiltu cementēšana uz implanta abatmentiem.

KONTRINDIKĀCIJAS
1. Tiešā pulpas pārklāšana.
2. Nelietot produktu pacientiem ar zināmu alerģiju uz metakrilāta monomēriem, metakrilāta polimēriem vai etanolu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
A. CEMENTĒŠANAS TEHNIKA inlejas, onlejas, kroņi, tilti un venīri
1. ZOBA PREPARĀCIJA
a) Zobu sagatavot parastā tehnikā.
b) Sagatavoto zobu attīrīt ar pumeku un ūdeni. Optimālai adhēzijai ir nepieciešama tīra virsma.
c) Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ar bezeļļas gaisa strūklu maigi nožāvēt. Sagatavotai virsmai ir jābūt sausai.
d) Neretentīvas sagatavošanas gadījumā, ja ir nepieciešama papildu saistīšanās, adhezīvai virsmai uzlieciet G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER vai G-Premio BOND. Ja lietosiet G-Premio BOND, cietiniet ar gaismu.
e) Venīru vai onleju cementēšanas gadījumā 10-15 sekundes kodiniet emalju ar 35–40% fosforskābi un noskalojiet, pēc tam adhezīvai virsmai uzklājiet G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER vai G-Premio BOND. Ja lietosiet G-Premio BOND, cietiniet ar gaismu.
f) Ja tiks veikta hibrīdkeramikas cementēšana (piemēram, CERASMART270), adhezīvai virsmai uzklājiet G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER vai G-Premio BOND. Ja lietosiet G-Premio BOND, cietiniet ar gaismu.
PIEZĪME:
1. Neizmantojiet tādas vielas kā H_2O_2, EDTA un/vai dezinfektantus, jo tie var samazināt saites spēku.
2. Īpaša uzmanība jāpievērš rūpīgai skenēšanas pulvera attīrīšanai, izmantojiet pumeku un ūdeni.
2a. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER APLICĒŠANA (opcija)
a) Iepiliniet dažus pilienus tīrā traucīņā. Nekavējoties pudelei uzlikt vāciņu.
b) Ar vienreizlietojamo aplikatoru NEKAVĒJOTIES aplicēt praimeri uz sagatavoto emaljas un dentīna virsmu.
c) Pēc aplicācijas atstāt netraucētu uz 10 sekundēm.
d) Ar MAKSIMĀLU gaisa strūklas spiedienu žāvēt 5 sekundes. Adhezīva šļakatu savākšanai izmantojiet vakuuma atsūcēju.
G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER vietā varat izmantot arī G-Premio BOND.
2b. G-Premio BOND UZKLĀŠANA (nav obligāti)
a) Pirms dozēšanas rūpīgi sakratiet G-Premio BOND pudeli.
b) Tīrā dozēšanas traukā iepiliniet dažus pilienus. Tūlīt aizveriet pudeles vāciņu.
c) Izmantojot vienreizlietojamo aplikatoru, TŪLĪT uzklājiet sagatavotām emaljas un dentīna virsmām.
d) Pēc uzklāšanas beigām neaiztieciet 10 sekundes.
e) 5 sekundes rūpīgi nožāvējiet, izmantojot gaisu bez eļļas ar MAKSIMĀLO gaisa spiedienu. Lai novērstu izšļakstīšanos, izmantojiet vakuuma atsūcēju.
f) Cietināšanai ar gaismu izmantojiet redzamās gaismas polimerizācijas iekārtu.

1. tabula. G-Premio BOND apstarošanas laiks

	Attālums no gaismas uzgaļa <10 mm	Attālums no gaismas uzgaļa >10 mm
Augstas jaudas LED (vairāk par 1200 mW/cm^2)	5 sekundes	10 sekundes
Halogēnlampa / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 sekundes	20 sekundes

PIEZĪMES.
1. Lai nodrošinātu efektīvu adhezīvo stiprību, veiciet pilnīgu cietināšanu ar gaismu. Zemāka gaismas intensitāte radīs nepietiekamu adhēziju.
2. G-Premio BOND ir materiāls cietināšanai ar gaismu. Pēc dozēšanas novērsiet šķidruma saskari ar gaismu.
3. Ja izmantosiet G-Premio Bond, skatiet tā lietošanas instrukciju.
3. RESTAURĀCIJAS SAGATAVOŠANA
Pārbaudiet vai restaurācijas virsma ir iepriekš sagatavota un tiek izmantota atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Stikla keramikai, hibrīdkeramikai un kompozītam, uz saitējamo virsmu aplicējiet silāna aģentu, kā piemēram G-Multi PRIMER, nožāvējiet ar gaisa strūklu.
4. IZSPIEŠANA
a) Pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgāka lietošanas intervāla, vispirms izspiest pastas no šļirces.
b) Noņemt vāku, pagriežot to par 1/4 pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pievienojiet GC Automix Tip, saskaņojot V formas iecirtumu uz maisāmā vada malas ar V formas iecirtumu starp šļirces stobriem. Stingri uzspiežot, pievienot maisāmo vadu. Pēc tam pagriezt maisāmā vada krāsaino gredzenu par 1/4 pulksteņrādītāja virzienā.
c) Izspiest materiālu tieši restaurācijā.
PIEZĪME:
Izlietotais maisāmais vads var palikt uz šļirces kā vāciņš līdz nākamai lietošanas reizei. Katrai aplikācijai izmantojiet jaunu maisāmo vadu.
5. CEMENTĒŠANA
a) Restaurācijas iekšējo virsmu noklāt ar pietiekamu cementa daudzumu un nekavējoties to iesēdināt vietā. Darba laiks no samaisīšanas sākuma pie temperatūras 23°C (73°F) ir 2 minūtes 45 sekundes. Augstākas temperatūras saīsinās darba laiku.
PIEZĪME:
1. Apkārtējā gaisma var saīsināt darba laiku. Cementēšanas procedūras laikā ir ieteicams samazināt vai izslēgt operācijas gaismu.
2. Kad cements nonāk saskarē ar G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, tiek paātrināta sastingšanas reakcija, un samazinās darba laiks.
3. Ja venīra cementēšanai izmanto G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, relatīvi īsā darba laika dēļ ir ieteicams vienlaikus cementēt tikai vienu venīru.
b) Saglabājiet mērenu spiedienu līdz galīgā pulēšana ir pabeigta.
6. CEMENTA PĀRPALIKUMU NOŅEMŠANA
a) Saglabājiet mērenu spiedienu un pārliecinieties, ka restaurācija ir vietā.
b) Noņemiet cementa pārpalikumus izmantojot vienu no zemāk aprakstītām metodēm:
1. Polimerizējiet 1 sekundi kustinot gaismas vadu ap lieko cementu līdz tas iegūst cietas gumijas konsistenci un noņemiet to ar zondi vai citu piemērotu instrumentu. Piemērotas konsistences cementa izveidošanās tā noņemšanai ir atkarīga no izmantotās polimerizācijas ierīces. Ir svarīgi izmantojamai polimerizācijas ierīcei atrast labāko laika, intensitātes un distances kombināciju.
2. Saglabājot mērenu spiedienu, notīrīt lieko cementu ar otiņu. Pārliecinieties, ka liekais cements ir noņemts no grūti sasniedzamām vietām (piem. aproksimālām virsmām).
PIEZĪME:
1. Ja liekais cements tiek noņemts pirms pilnīgas tā sacietēšanas, restaurācija ar piemērotu instrumentu ir jānotur vietā.
2. Lai izvairītos no skābekļa piesātinātā slāņa uz restaurācijas robežām, pēc liekā cementa noņemšanas robežas aizsargājiet ar glicerīna gēlu.
7. GALĪGĀ SACIETĒŠANA
a) Uzturiet vidēju spiedienu un ar gaismu cietiniet visas virsmas/malas. Apstarošanas laiku skatiet tabulā tālāk.

2. tabula. G-CEM ONE apstarošanas laiks

Augstas jaudas LED (vairāk par 1200 mW/cm^2)	10 sekundes
Halogēnlampa / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundes

b) Sekojošām restaurācijām pēc liekā cementa noņemšanas ļaujiet materiālam sacietēt 4 minūtes.
- Metāla un metāla bāzes restaurācijas
- Bezmetāla tumšas un opakainas restaurācijas
- Caurspīdīgas bezmetāla restaurācijas, kas biezākas par 2 mm
8. GALA PULĒŠANA
Ja nepieciešams, apstrādājiet un nopulējiet ar piemērotiem instrumentiem.

B. CEMENTĒŠANAS TEHNIKA metāla, keramikai, šķiedru tapām, lietām tapām un stumbriem
1. ZOBA PREPARĀCIJA
Sagatavojiet tapas vietu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai. Tapas vietai jābūt tīrai, noskalotai un pilnībā sausai, izmantojiet papīra torundes. Tapas vietai jābūt sausai.
PIEZĪME:
1. Tapas vietas attīrīšanai ir ieteicams izmantot nātrija hipohlorīdu.
2. Neizmantojiet H_2O_2 un/vai EDTA ķīmiskai tapas vietas attīrīšanai, jo tie var samazināt saites spēku.
3. Ja nepieciešama papildus saķere, izmantojiet G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, aplicējot to uz virsmas uz 10 sekundēm. Virsmu nožāvēt ar bezeļļas gaisa strūklu ar MAKSIMĀLU spiedienu tik ilgi, līdz praimera šķidrums vairs neiznāk no saknes kanāla. Adhezīva šļakatu savākšanai izmantojiet vakuuma atsūcēju. Lieko praimeri savākt ar papīra torundēm.
2. TAPAS SAGATAVOŠANA
Pārliecinieties, ka tapa ir sagatavota un tiek lietota atbilstoši ražotāja instrukcijai.
3. IZSPIEŠANA UN CEMENTĒŠANA
a) Pirms pirmās lietošanas reizes vai starp ilgākiem lietošanas intervāliem, vispirms izspiest pastu no šļirces.
b) Pievienojiet GC Automix Tip endo uzgali. Skatīt A 4b) augstāk.
c) Uzlikt uz maisāmā vada pagarinājumu.
d) Izspiest materiālu tieši tapas vietā.
e) Nekavējoties, 1 minūtes laikā no cementa aplikācijas brīža, ievietot tapu.
PIEZĪME:
1. Mutes dobuma temperatūra paātrina cementa cietēšanas reakciju.
2. Apkārtējā gaisma var saīsināt darba laiku. Cementēšanas procedūras laikā ir ieteicams samazināt vai izslēgt operācijas gaismu.
3. Cementa izspiešanas laikā, lai neveidotos gaisa burbuļi, maisāmā vada galu turiet iegremdētu cementā.
4. NEIZMANTOJIET lentulo cementa ievietošanai tapas vietā, jo tas var saīsināt darba laiku.
5. Cementam nonākot kontaktā ar G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, cietēšanas reakcija paātrinās. Lai ir vieglāk noņemt lieko cementu, veiciet rūpīgu G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER žāvēšanu un notīriet lieko ap saķeres virsmām.
f) Saglabājiet mērenu spiedienu.
4. CEMENTA PĀRPALIKUMU NOŅEMŠANA
Saglabājiet mērenu spiedienu, lai tapa būtu vietā, un noņemiet lieko cementu ar piemērotu instrumentu. Lietas tapas un stumbra gadījumā, katrai virsmai ar redzamās gaismas polimerizācijas ierīci veiciet īso 1 sekundes polimerizāciju.
5. GALĪGĀ CIETĒŠANA
a) Uzturiet vidēju spiedienu un ar gaismu cietiniet visas virsmas/malas. Apstarošanas laiku skatiet tabulā tālāk.

3. tabula. G-CEM ONE apstarošanas laiks

Augstas jaudas LED (vairāk par 1200 mW/cm^2)	10 sekundes
Halogēnlampa / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundes

b) Ļaujiet pēc tam materiālam sacietēt vēl 4 minūtes.

UZGLABĀŠANA
Optimālai veiktspējai uzglabāt istabas temperatūrā 4-25°C (39.2-77.0°F) prom no siltuma, mitruma un tiešas saules gaismas.

KRĀSA
A2 (Vita® krāsa), AO3 (opaks), Translucent un White opaque
Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vācija, reģistrēta preču zīme.

BRĪDINĀJUMS
1. Kontakta gadījumā ar ādu vai mutes dobuma mīkstajiem audiem, nekavējoties notīrīt ar vates lodīti vai švammi. Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Lai izvairītos no kontakta ar ādu un mutes audiem, ieteicams uzlikt koferdamu un/vai aplicēt COCOA BUTTER.
2. Ja, izmantojot G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER vai G-Premio BOND, ar materiālu saskarē nonākušie audi kļūst balti vai izveidojas čūla, iesakiet pacientam neaiztikt ietekmēto vietu tik ilgi, līdz šī zīme pazūd; parasti tas notiek 1–2 nedēļu laikā.
3. Kontakta gadījumā ar acīm, nekavējoties izskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskās palīdzības
4. Nelietojiet G-CEM ONE kopā ar eigenolu saturošiem materiāliem, jo eigenols var kavēt G-CEM ONE cietēšanu un ietekmēt saķeri.
5. Polimerizācijas laikā izmantojiet gaismas aizsargekrānu vai līdzīgu acu aizsargu.
6. Šis produkts nav paredzēts plombēšanai vai stumbra atjaunošanai.
7. Retos gadījumos produkts var dažiem cilvēkiem izsaukt jutīgumu. Ja rodas šāda reakcija, pārtraukt produkta lietošana un vērsties pie ārsta.
8. Vienmēr lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) tādus ka cimdi,
9. Izvairieties materiālu norīt un ieelpot.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER un G-Premio BOND ir gaistoši. Lietojiet labi vēdinātās vietās. Aiciniet pacientus elpot caur degunu.
11. Nemaisīt kopā ar citiem produktiem.
12. Lai nodrošinātu efektīvas adhēzijas stiprību, G-CEM ONE pilnībā sacietiniet ar gaismu. Zemāka gaismas intensitāte var izraisīt nepietiekamu adhēziju.
13. G-Premio BOND ir izteikti uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Neizmantojiet atklātas liesmas tuvumā. Neturiet tuvu aizdegšanās avotiem. Vienuviet neglabājiet lielus daudzumus. Neturiet tiešos saules staros.

Daži šajā instrukcijā minētie produkti saskaņā ar GHS ir klasificēti kā bīstami. Vienmēr iepazīstieties ar drošības datu lapām, kas pieejamas:
http://www.gceurope.com
Tās pieejamas arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
DAUDZKĀRT LIETOJAMĀS SISTĒMAS: Lai izvairītos no krusteniskās infekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir veicama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas pārbaudīt ierīci un uzlīmi uz bojājumiem, Izmest, ja tā ir bojāta.
NEMĒRCĒT. Lai novērstu netīrumu izžūšanu un akumulāciju uz tās, ierīci pilnībā notīrīt. Dezinficēt ar vidējā līmeņa, reģistrētu veselības aprūpes infekcijas kontroles produktu, atbilstoši vietējām / reģionālām vadlīnijām.

Drošības un klīniskās veiktspējas apkopojumu (SSCP) lūdzu skatīt EUDAMED datu bāzē (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental

Nevēlamu blakusefektu ziņošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 11/2022

Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite instrukcijas LT

G-CEM ONE™
UNIVERSALUS DERVINIS SAVAIMINĖS ADHEZIJOS CEMENTAS

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
RIŠAMOJI MEDŽIAGA G-CEM ONE CEMENTUI

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS
1. Keramikinių, dervinių ir metalinių įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui
2. Metalinių, keramikinių ir stiklo pluošto kaiščių ir kulčių cementavimui
3. Keramikinių ir kompozitinių venyrų cementavimui
4. Vainikėlių ir tiltų ant implantų atramos cementavimas

KONTRAINDIKACIJOS
1. Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.
2. Venkite produkto naudojimo pacientams alergiškiems stiklo jonomeriniams cementams, metakrilato monomerams ir polimerams bei etanoliui

NAUDOJIMO BŪDAS
A. Įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltų ir laminačių CEMENTAVIMO TECHNIKA
1. DANTIES PARUOŠIMAS
a) Paruoškite dantį įprastu būdu
b) Nuvalykite preparuotą danties paviršių pasta ir vandeniu. Švarus paviršius pagrindinis aspektas optimaliam sukibimui.
c) Kruopščiai nuplaukite vandeniu ir padžiovinkite orapūte. Paruošti paviršiai turi būti sausi.
d) Preparacijoms be retencinių elementų, kurioms reikalinga papildoma adhezija ant jungiamųjų paviršių užtepkite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ar G-Premio BOND. Jei naudojate G-Premio BOND jis visada turėtų būti sukietinamas šviesa.
e) Cementuojant laminates ar užklotus, emalį reikėtų paveikti 35-40% fosforo rūgštimi 10-15 sekundžių, po to ant jungiamųjų paviršių užtepti G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ar G-Premio BOND. Jei naudojate G-Premio BOND jis visada turėtų būti sukietinamas šviesa.
f) Cementuojant hibridines keramines restauracijas (pvz. CERASMART270), ant jungiamųjų paviršių užtepkite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ar G-Premio BOND. Jei naudojate G-Premio BOND jis visada turėtų būti sukietinamas šviesa.
PASTABA:
1. Nenaudokite H2O2, EDTA ir/ar dezinfektantų, tai gali susilpninti jungtį.
2. Susidarę milteliai turi būti labai kruopščiai nuvalyti pasta bei nuplauti vandeniu.
2a. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER APLIKAVIMAS (Pasirinktinai)
a) Į švarų dozavimo indelį įlašinkite keletą lašų medžiagos. Nedelsdami uždarykite buteliuką kamšteliu.
b) Tinkamu aplikatoriumi NEDELSDAMI užtepkite ant paruoštų emalio bei dentino paviršių.
c) Palikite 10 sekundžių.
d) Kruopščiai džiovinkite 5 sekundes orapūte MAKSIMALIU spaudimu. Kad išvengtumėte adhezyvo taškymosi naudokite vakuminį siurblį.
Vietoj G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER galite naudoti G-Premio BOND.
2b. G-Premio BOND APLIKAVIMAS (Pasirinktinai)
a) Prieš dozavimą, kruopščiai papurtykite G-Premio BOND buteliuką.
b) Į švarų dozavimo indelį įlašinkite keletą lašų medžiagos. Nedelsdami uždarykite buteliuką kamšteliu.
c) Tinkamu aplikatoriumi NEDELSDAMI užtepkite ant paruoštų emalio bei dentino paviršių.
d) Palikite 10 sekundžių
e) Kruopščiai džiovinkite 5 sekundes orapūte MAKSIMALIU spaudimu. Kad išvengtumėte adhezyvo taškymosi naudokite vakuminį siurblį.
f) Naudodami polimerizuojantį prietaisą sukietinkite šviesa.

Lentelė 1. G-Premio BOND kietinimo laikas

	Atstumas nuo šviesolaidžio galiuko <10 mm	Atstumas nuo šviesolaidžio galiuko >10 mm
Didelio galingumo LED (daugiau nei 1200 mW/cm^2)	5 sekundžių	10 sekundžių
Halogeninė / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 sekundžių	20 sekundžių

PASTABOS:
1. Norėdami išgauti tvirtą jungtį medžiagos tinkamai sukietinkite. Mažesnio intensyvumo šviesa gali susilpninti jungtį.
2. G-Premio BOND šviesa kietinama medžiaga. Po dozavimo saugokite skystį nuo šviesos.
3. Jei naudosite G-Premio Bond perskaitykite jo naudojimo instrukcijas.
3. RESTAURACIJOS PARUOŠIMAS
Užtikrinkite, kad restauracija būtų paruošta vadovaujantis gamintojų nurodymais.
Stiklo bei hibridinės keramikos ir kompozito restauracijoms ant jungiamųjų paviršių užtepkite silano turinčios medžiagos, pavyzdžiui G-Multi PRIMER ir nusausinkite orapūte.
4. DOZAVIMAS
a) Prieš pradėdami naudoti naują švirkštą ar praėjus ilgesniam laikui tarp restauravimų, išspauskite pastos iš švirkšto ir jos nenaudokite.
b) Sukdami 1/4 prieš laikrodžio rodyklę nuo švirkšto nuimkite dangtelį. Pritaikykite GC Automix Tip antgaliuką, kad V formos įpjova sutaptų su V žyme tarp švirkštų. Tvirtai spustelėkite, kad uždėtumėte antgaliuką. Tuomet spalvotą jo dalį pasukite 1/4 pagal laikrodžio rodyklę.
c) Medžiagas išspauskite tiesiai į restauraciją.
PASTABA:
Panaudotas maišymo antgaliukas gali būti paliekamas kaip kamštelis iki kito medžiagos naudojimo. Prieš kiekvieną aplikaciją uždėkite naują maišymo antgaliuką.
5. CEMENTAVIMAS
a) Padenkite vidinį restauracijos paviršių pakankamu cemento kiekiu ir nedelsdami uždėkite ją ant nupreparuoto danties. Darbo laikas yra 2 min. 45 sek. nuo maišymo pradžios esant 23°C (73°F). Aukštesnė temperatūra trumpina darbinį laiką.
PASTABA:
1. Ryškus apšvietimas gali trumpinti darbinį medžiagos laiką. Cementuojant rekomenduojama sumažinti šviesos intensyvumą arba ją išjungti.
2. Cementui susilietus su G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, prasideda kietėjimo reakcija ir trumpėja darbinis laikas.
3. Laminates cementuojant G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, dėl sąlyginai trumpo darbinio medžiagos laiko vienu kartu rekomenduojama cementuoti po vieną laminatę.
b) Kol nebus atlikta poliravimas taikykite vidutinį spaudimą.
6. CEMENTO PERTEKLIAUS ŠALINIMAS
a) Išlaikykite vidutinį spaudimą ir įsitikinkite, jog restauracija tinkamoje vietoje.
b) Cemento perteklių šalinkite naudodamiesi viena šių technikų:
1. Kiekvieną paviršių pakietinkite po sekundę polimerizuojančiu prietaisu, kol cemento perteklius taps kietesnės gumos konsistencijos, tuomet vis dar laikydami restauraciją prispaudę, zondu ar atitinkamu instrumentu nuimkite likučius. Tinkamos šalinamų likučių konsistencijos pasiekimas priklauso nuo naudojamo polimerizacinio aparato. Todėl labai svarbu atrasti optimaliausią laiko, šviesos intensyvumo bei šviesolaidžio atstumo derinį.
2. Palaikykite vidutinį spaudimą ir šepetėliu pašalinkite cemento likučius. Įsitikinkite, kad medžiagos perteklių pašalinote iš sunkiai prieinamų vietų (pvz. tarpdančių).
PASTABA:
1. Jei cemento perteklius šalinamas jam pilnai nesukietėjus restauracijos išlaikymui vietoje turi būti naudojamas tinkamas instrumentas.
2. Norėdami išvengti deguonimi inhibuoto sluoksnio susidarymo, po perteklaus pašalinimo restauracijos kraštelius patepkite glicerinu.
7. GALUTINIS KIETINIMAS
a) Taikydami vidutinį spaudimą, visus paviršius/kraštelius sukietinkite šviesa. Vadovaukitės kietinimo laiko lentele.

Lentelė 2. G-CEM ONE kietinimo laikas

Didelio galingumo LED (daugiau nei 1200 mW/cm^2)	10 sekundžių
Halogeninė / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundžių

b) Cementuodami žemiau išvardintas restauracijas po cemento perteklius pašalinimo palikite jas 4 minutėms pakietėti.
- Metalinės ir metalo turinčias restauracijas
-Tamsias bemetales ir opakines restauracijas
- Skaidrias storesnes nei 2 mm bemetales restauracijas
8. BAIGIAMASIS POLIRAVIMAS
Jei reikia, atitinkamais instrumentais pakoreguokite ir papoliruokite restauracijos kraštelius.

B. Metalinių, keraminių, skaidulinių kaiščių ir kulčių CEMENTAVIMO TECHNIKA
1. DANTIES PARUOŠIMAS
Vadovaudamiesi gamintojų nurodymais paruoškite kaiščio ertmę. Ji turi būti išvalyta, išplauta ir kruopščiai nusausinta sauskaiščiu. Kaiščio ertmė turi būti sausa.
PASTABA:
1. Cheminiam ertmės valymui rekomenduojama naudoti natrio hipochlorito tirpalą.
2. Nenaudokite H_2O_2 ir/ar EDTA, tai gali susilpninti jungtį.
3. Jei reikia papildomos adhezijos ant jungiamųjų paviršių 10 sekundžių užtepkite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER. Tol kruopščiai džiovinkite kanalą orapūte MAKSIMALIU spaudimu, kol praimerio visiškai nebeliks ant kanalo įėjimo. Vengdami taškymosi naudokite vakuminį siurblį. Rišamosios medžiagos perteklių pašalinkite popieriniu sauskaiščiu.
2. KAIŠČIO PARUOŠIMAS
Užtikrinkite, kad kaištis būtų paruoštas vadovaujantis gamintojų nurodymais.
3. DOZAVIMAS IR CEMENTAVIMAS
a) Prieš pradėdami naudoti naują švirkštą ar praėjus ilgesniam laikui tarp restauravimų, išspauskite pastos iš švirkšto ir jos nenaudokite.
b) Pritvirtinkite endodontinį GC Automix Tip antgaliuką. Vadovaukitės aukščiau išdėstytu A 4b) punktu.
c) Ant maišymo antgaliuko uždėkite prailginamąjį snapelį.
d) Išspauskite medžiagos tiesiai į suformuotą kaiščio ertmę.
e) Nedelsdami per 1 minutę laiko įdėkite kaištį.
PASTABA:
1. Veikiamas burnos ertmės temperatūros cementas pradeda kietėti.
2. Ryškus apšvietimas gali trumpinti darbinį medžiagos laiką. Cementuojant rekomenduojama sumažinti šviesos intensyvumą arba ją išjungti.
3. Kad išvengtumėte oro patekimo dozuodami laikykite antgalį galiuką cemente.
4. Cemento įvedimui NENAUDOKITE lentulo spiralių, kadangi taip trumpėja darbinis medžiagos laikas.
5. Cementui susilietus su G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, prasideda kietėjimo reakcija. Norėdami lengviau šalinti cemento perteklių, įsitikinkite, kad aplink jungiamąją vietą tinkamai išsausinote G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER medžiagą ir neliko jos likučių.
f) Taikykite vidutinį spaudimą.
4. CEMENTO PERTEKLIAUS ŠALINIMAS
Išlaikydami vidutinį spaudimą įsitikinkite, jog kaištis tinkamoje vietoje ir tinkamu instrumentu pašalinkite cemento perteklių. Cementuodami lietus kaiščius ar kultis kiekvieną paviršių pakietinkite po sekundę polimerizuojančiu prietaisu.
5. GALUTINIS KIETINIMAS
a) Taikydami vidutinį spaudimą, visus paviršius/kraštelius sukietinkite šviesa. Vadovaukitės kietinimo laiko lentele.

Lentelė 3. G-CEM ONE kietinimo laikas

Didelio galingumo LED (daugiau nei 1200 mW/cm^2)	10 sekundžių
Halogeninė / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundžių

b) Palikite restauraciją pakietėti 4 minutėms.

LAIKYMAS
Optimaliam darbui užtikrinti rekomenduojama medžiagą laikyti kambario temperatūroje, atokiau nuo karščio bei drėgmės šaltinių, vengti tiesioginės saulės šviesos (4-25°C).

SPALVA
A2 (Vita® spalva), AO3 (opakinė), Translucent ir White opaque
Vita® registruotas prekinis ženklas Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vokietija.

ATSARGIAI
1. Jei šios medžiagos pateko ant odos ar kitų burnos ertmės audinių, nedelsiant pašalinkite spirite išmirkyta kempinėle ar vatos gabaliuku. Nuplaukite vandeniu. Kad išvengtumėte nepageidaujamo kontakto su oda ir burnos gleivine, darbo lauko izoliacijai naudokite rubber dam ir/ar kakavos sviestą.
2. Jei naudodami G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ar G-Premio BOND pastebite, jog su medžiaga kontaktuojantys audinių paviršiai pabąla ar formuojasi pūslės, paprašykite pacientą tų vietų neliesti, viskas praeina po 1-2 savaičių.
3. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
4. Nenaudokite G-CEM ONE kartu su produktais, kurių sudėtyje yra eugenolio, kadangi jis gali neigiamai paveikti G-CEM ONE kietėjimą ar adheziją.
5. Kietindami šviesa naudokite apsauginį skydelį ar panašias akis apsaugančias priemones.
6. Šis produktas netinka restauracijoms ar danties kulties atstatymui.
7. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atsitiko, nenaudokite daugiau šio produkto bei kreipkitės į gydytoją.
8. Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės ir apsauginiai akiniai turėtų būti naudojamos visada.
9. Venkite medžiagos įkvėpimo ar prarijimo.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ir G-Premio BOND yra lakūs. Naudokite gerai vėdinamoje aplinkoje. Paprašykite paciento kvėpuoti per nosį.
11. Nemaišykite su kitais produktais.
12. Norėdami išgauti tvirtą jungtįG-CEM ONE tinkamai sukietinkite. Mažesnio intensyvumo šviesa gali susilpninti jungtį.
13. G-Premio BOND yra labai degus ir lakus. Nenaudokite šalia atvirų ugnies šaltinių. Laikykite atokiau nuo karščio šaltinių. Vienoje vietoje nelaikykite didelio kiekio šių medžiagų. Venkite tiesioginės saulės šviesos.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų duomenimis. Juos galite rasti:
http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami išvengti pacientų užkrėtimo – šioms priemonėms taikykite vidutinio lygio dezinfekciją. Iškart po naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema nebetinkama naudoti- išmeskite.
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai - priemones kruopščiai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų higienos normas atitinkančias dezinfekcines priemones, vadovaukitės vietiniais / valstybiniais įstatais.

Apibendrintą Saugos ir Klininkinės Charakteristikos (SSCP) informacija rasite EUDAMED duomenų bazėje (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) arba susisiekite su mumis Regulatory.gce@gc.dental

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos tiesiogiai pranešti atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios instituciją:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 11/2022

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt kasutusjuhendit. ET

G-CEM ONE™
UNIVERSAALNE ISEKLEEPUV VAIKTSEMENT

G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER
HAMBA PRIMER G-CEM ONE JAOKS

Kasutamiseks ainult hambaravispetsialistidele soovitatud kasutusnäidustuste korral.

KASUTAMISE NÄIDUSTUSED
1. Sobib kõikide keraamikatüüpide, vaigu ja metalli-baasil valmistatud inlay'de, onlay'de, kroonide ja sildade tsementeerimiseks.
2. Metalli, keraamika, fiiberpostide ja tihvtkõntpanuste tsementeerimiseks.
3. Keraamiliste ja komposiitide laminaatide tsementeerimiseks.
4. Kroonide ja sildade lõplikuks tsementeerimiseks implantaadi abutmentidele.

VASTUNÄIDUSTUSED
1. Otsene pulbi katmine.
2. Vältige selle toote kasutamist patsientidel, kellel on teadaolevalt allergia metakrülaatmonomeeri, metakrülaatpolümeeri või etanooli vastu.

KASUTUSJUHEND
A. TSEMENTEERIMISE TEHNIKA inlay'de, onlay'de, kroonide, sildade ja laminaatide puhul
1. HAMBA ETTEVALMISTAMINE
a) Prepareerige hammas tavapärasel viisil.
b) Puhastage prepareeritud hammas pimsspasta ja veega. Puhas hambapind on parima siduvuse saavutamiseks ülioluline.
c) Loputage rohke veega. Kuivatage õrnalt õlivaba õhuga. Prepareeritud pind peab olema kuiv.
d) Mitte-retentiivse preparatsiooni korral, kus lisasidusus on vajalik, kandke prepareeritud hamba sidustatavale pinnale G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER või G-Premio BOND. G-Premio BOND`i kasutamisel tuleb see alati valguskõvastada.
e) Onlay`de või laminaatide tsementeerimisel tuleb emaili söövitada 10-15 sekundi jooksul 35-40%lise fosforhappega ning seejärel hape põhjalikult maha pesta, peale mida tuleb sidustatavale pinnale aplitseerida G-CEM ONE ENHANCING PRIMER või G-Premio BOND. G-Premio BOND`i kasutamisel tuleb see alati valguskõvastada.
f) Hübriidkeeraamika tsementeerimise puhul (nagu näiteks CERASMART270), tuleb G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER või G-Premio BOND aplitseerida sidustatavale pinnale. G-Premio BOND`i kasutamisel tuleb see alati valguskõvastada.
Märkus:
1. Ärge kasutage ainet nagu H_2O_2 (vesinikperoksiid), EDTA´d ja/või desinfektsioonivahendeid, kuna need võivad nõrgestada sidustugevust.
2. Eriti hoolsalt ja korralikult tuleb pimsi ja vee abil eemaldada nii nimetatud kujuteldav pulber.
2a. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER`i APLITSEERIMINE (valikuline)
a) Doseerige paar tilka puhtale doseerimisalusele. Sulgege viivitamatult pudeli kork.
b) Aplitseerige VIIVITAMATULT ühekordse aplikaatoriga prepareeritud emailile ja dentiinile.
c) Pärast aplitseerimist laske 10 sekundit häirimatult toimida.
d) Kuivatage hoolikalt 5 sekundit õlivaba õhuga MAKSIMAALSE õhusurvega. Adhesiivi laiali pritsimise vältimiseks kasutage imurit.
Alternatiivina võite G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER`i asemel kasutada G-Premio BOND`i.
2b. G-Premio BOND`i APLITSEERIMINE (valikuline)
a) Enne doseerimist raputage korralikult G-Premio BOND pudelit.
b) Doseerige paar tilka puhtale doseerimisalusele. Sulgege pudeli kork koheselt.
c) Aplitseerige ühekordse aplikaatoriga VIIVITAMATULT prepareeritud emailile ja dentiinile.
d) Pärast aplitseerimist laske häirimatult toimida 10 sekundit.
e) Kuivatage põhjalikult 5 sekundi jooksul MAKSIMAALSE õlivaba õhusurvega. Adhesiivi laiali pritsimise vältimiseks kasutage imurit.
f) Valguskõvastage vastava seadmega.

Tabel 1. G-Premio BOND`i valguskõvastamise aeg

	Kaugus valgusjuhi otsast <10 mm	Kaugus valgusjuhi otsast >10 mm
Suure võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm^2)	5 sekundit	10 sekundit
Halogeen / LED (700-1200 mW/cm^2)	10 sekundit	20 sekundit

MÄRKUS:
1. Piisavalt tugeva sidususe tagamiseks valgustage piisavalt. Madalam valguse intensiivsus võib kaasa tuua nõrgema sidususe.
2. G-Premio BOND on valguskõvastuv materjal. Pärast doseerimist kaitske vedelikku valguse eest.
3. Kui kasutate G-Premio BOND`i, siis palun lugege enne selle kasutusjuhendit.
3. RESTAURATSIOONI ETTEVALMISTAMINE
Veenduge, et restauratsioon oleks töödeldud ja ettevalmistatud tootja juhendi järgi.
Klaaskeraamika, hübriidkeraamika ja komposiidi korral kandke sidustamispinnale silaani, näiteks G-Multi PRIMER ning kuivatage õhupustiga.
4. MATERJALI VÄLJUTAMINE
a) Enne esmakordset väljutamist uuest süstlast või pärast pikaajalist kasutuskordade vahelist intervalli väljutage väike kogus pastat.
b) Eemaldage süstla kork, keerates seda veerand pööret vastupäeva. Kinnitage GC Automix Tip segamisotsik, joondades V-kujulise sälgu segamisotsiku äärel V-kujulise sälguga süstla silindritel. Suruge tugevalt segamisotsiku kinnitamiseks. Seejärel keerake segamisotsiku värvilist kraed veerand pööret päripäeva.
c) Väljutage materjali otse restauratsioonile.
Märkus:
Kasutatud segamisotsikut võib jätta süstlale hoiustamiskorgina kuni järgmise kasutamiseni. Paigaldage igaks aplitseerimiseks uus segamisotsik.
5. TSEMENTEERIMINE
a) Katke paigaldatava restauratsiooni sisepind piisava koguse tsemendiga ja paigaldage see koheselt hambale. Tööaeg on kokku segamise algusest 2 minut ja 45 sekundit temperatuuril 23°C (73°F). Mida kõrgem temperatuur seda lühem tööaeg.
Märkus:
1. Ümbritsev valgus võib lühendada tööaega. Tsementeerimise ajal on soovitatav töökoha valgustuse intensiivsust vähendada või see üldse välja lülitada.
2. Kui tsement puutub kokku G-CEM ONE ADHESIVE ENCHANCING PRIMER'ga, kiireneb kõvastumisreaktsioon ning tööaeg lüheneb.
3. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER`i kasutamisel laminaatide tsementeerimiseks tuleks arvestada, et tööaeg on lühem ning sellest tulenevalt on soovitatav tsementeerida maksimaalselt üks laminaat korraga.
b) Säilitage mõõdukat surve poleerimise lõpuni.
6. ÜLEMÄÄRASE TSEMENDI EEMALDAMINE
a) Säilitage mõõdukas surve ja veenduge, et restauratsioon püsib paigal.
b) Eemaldage üleliigne tsement, kasutades üht alljärgnevatest tehnikatest.
1. Valguskõvastage üleliigne tsement liigutades valguslambi valgusvihku üle selle laineliste liigutustega 1 sekundi jooksul, kuniks see saavutab kummisarnase konsistentsi. Seejärel eemaldage üleliigne tsement sondi või muu sobiliku instrumendiga. Üleliigse materjali eemaldamiseks vajaliku hea konsistentsi saavutamine oleneb kasutatavast valguskõvastavast seadmest. Oluline on leida parim aja, intensiivsuse ja valguskõvastamise kauguse kombinatsioon.
2. Säilitage mõõdukat survet ja eemaldage üleliigne materjal kasutades harjakest. Veenduge, et üleliigne tsement saaks täielikult eemaldatud ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest (nt hammaste vahelt).
Märkus:
1. Juhul kui üleliigne tsement on eemaldatud ennem lõplikku kõvastumist, tuleks restauratsiooni paigal hoidmiseks kasutada vastavat instrumenti.
2. Selle jaoks, et vältida kleepuva inhibitsioonikihi tekkimist restauratsiooni äärtel, tuleks ääred katta pärast üleliigse tsemendi eemaldamist glütseriini geeliga.
7. LÕPLIK KÕVASTUMINE
a) Säilitades mõõdukat survet, valguskõvastage kõik pinnad/servad. Järgige tabelis toodud valguskõvastamise aega.

Tabel 2. G-CEM ONE`i valguskõvastamise aeg

Suure võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm^2)	10 sekundit
Halogeen/LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundit

b) Alljärgnevate restauratsioonide puhul, laske materjalil peale üleliigse tsemendi eemaldamist veel 4 minutit taheneda.
- Metallist ja metall karkassiga restauratsioonid
- Metallivabad tumedad ja opaaksed restauratsioonid
- Transparentsed metallivabad restauratsioonid, mille paksus on rohkem kui 2 mm.
8. LÕPLIK POLEERIMINE
Vajaduse korral viimistlege ja poleerige servad sobivate instrumentidega.

B. Metalli, keraamika, fiiberpostide ja tihvtkõntpanuste tsementeerimine.
1. HAMBA ETTEVALMISTAMINE
Valmistage ette juurekanal vastavalt tootja juhendile. Juurekanal peab olema puhastatud, loputatud ja kuivatatud hoolikalt kasutades pabertihvte. Juurekanal peab olema kuiv.
Märkus:
1. a) Juurekanali keemiliseks puhastamiseks on soovituslik kasutada naatrium hüpokloriid-lahust.
2. b) Ärge kasutage juurekanali puhastamiseks H_2O_2 (vesinikperoksiid) kuna see võib vähendada siduvustugevust.
3. Lisasidususe vajadusel kandke 10ks sekundiks pinnale veel üks kiht G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER't. Kuivatage maksimaalse survega õli-vaba õhuga kuniks juurekanalist ei eraldu enam primer'i lahust. Adhesiivi laiali pritsimise vältimiseks kasutage imurit. Eemaldage üleliigne primeri lahus pabertihvtidega.
2. TIHVTI ETTEVALMISTAMINE
Veenduge, et tihvt oleks eeltöödeldud ja käsitletud vastavalt tootja juhendile.
3. MATERJALI VÄLJUTAMINE JA TSEMENTEERIMINE
a) Enne esmakordset väljutamist uuest süstlast või pärast pikaajalist kasutuskordade vahelist intervalli väljutage väike kogus pastat.
b) Kinnitage GC Automix endo otsik. Detailse kirjelduse jaoks lugege üleval olevat A 4b).
c) Lisage pikendusotsik segamisotsiku külge.
d) Väljutage materjal otse juurekanalisse.
e) Vähemalt 1 minuti jooksul peale tsemendi aplitseerimist sisestage post koheselt juurekanalisse.
Märkus:
1. Suusisene temperatuur kiirendab tsemendi kõvastumist.
2. Ümbritsev valgus võib lühendada tööaega. Tsementeerimise ajal on soovitatav töökoha valgustuse intensiivsust vähendada või see üldse välja lülitada.
3. Hoidke otsikut doseerimise ajal sügavalt tsemendi sees, et vältida õhumulle.
4. ÄRGE KASUTAGE lentulo spiraale tsemendi viimiseks juurekanalisse, see võib lühendada tööaega.
5. Kui tsement on kokkupuutes G-CEM ONE ADHESIVE ENCHANCING PRIMER'ga, kiireneb kõvastumis reaktsioon. Selleks, et üleliigse tsemendi eemaldamine oleks lihtsam, tuleb kindlasti korrektselt õhuga kuivatada ja kontrollida, et siduvuse piirkonnas ei oleks üleliigset G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER'it.
f) Säilitage mõõdukat survet.
4. ÜLELIIGSE TSEMENDI EEMALDAMINE
Jätkake mõõduka surve hoidmist, tehes kindlaks, et post on paigal ja eemaldage üleliigne tsement sobiliku instrumendiga. Tihvtkõntpanuste korral valguskõvastage kõiki pindasid ühe sekundi jooksul nähtava valgusega valguslambiga.
5. LÕPLIK KÕVASTAMINE
a) Säilitades mõõdukat survet, valguskõvastage kõik pinnad/servad. Järgige tabelis toodud valguskõvastamise aega.

Tabel 3. G-CEM ONE`i valguskõvastamise aeg

Suure võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm^2)	10 sekundit
Halogeen / LED (700-1200 mW/cm^2)	20 sekundit

b) Laske materjalil taheneda veel 4 minutit.

SÄILITAMINE
Parimate omaduste säilimiseks hoiustage jahedas 4-25°C (39,2-77°F) ja pimedas kohas kaitstult otsese päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest.

VÄRVITOONID
A2 (Vita värvitoon), AO3 (opaakne), Translucent (läbikumav) ja White opaque (valge opaakne).
Vita® on ettevõtte Vita Zahnfabrik (Bad Sackingen, Saksamaa) registreeritud kaubamärk.

HOIATUS
1. Kokkupuutel suu limaskesta või nahaga eemaldage tsement kohe alkoholis immutatud käsna või vatiga. Loputage veega. Et vältida kontakti naha ja suukudedega, isoleerige tööpiirkond kofferdami ja/või kakaovõiga.
2. Kui G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER`i või G-Premio BOND`i sattumisel suu limaskestale tekib valge laik või vill, siis soovitage patsiendil seda piirkonda mitte puutuda kuni paranemiseni. Tavaliselt kulub selleks 1-2 nädalat.
3. Silma sattumisel loputage hoolikalt veega ja vajadusel pöörduge arsti juurde.
4. Ärge kasutage koos eugenooli sisaldaldavate materjalidega kuna eugenool võib takistada G-CEM kõvenemist või sidustumis tugevust.
5. Valgustamise ajal kasutage silmade kaitseks kaitseprille või ekraani.
6. Toode pole ettenähtud täidiseks ega köndi ülesehitamiseks.
7. Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Kui selline reaktsioon peaks tekkima, tuleks toote kasutamine lõpetada ja pöörduda arsti poole.
8. Kandke alati kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.
9. Vältige materjali sissehingamist ja allaneelamist.
10. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER ja G-Premio BOND on kergesti süttivad. Kasutage neid hästi ventileeritud ruumides. Soovitage patsiendil hingata nina kaudu.
11. Ärge segage kokku teiste toodetega.
12. G-CEM ONE efektiivse sidustugevuse saavutamiseks tuleb see täielikult valguskõvastada. Madalam valgusintensiivsus võib põhjustada ebapiisava sidususe.
13. G-Premio BOND ja selle aurud on kergesti süttivad. Ärge kasutage lahtise leegi läheduses. Hoidke eemal kergesti süttivatest ainetest. Ärge hoiustage suuri koguseid ühes kohas. Hoiustage otsese päikesevalguse eest kaitstuna.

Osad tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad GHS'is (kemikaalide ühtne ülemaailmne klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud kui tervist kahjustavad. Lugege alati ohutuskaarte, mis on saadaval aadressil:
http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: patsientidevahelise ristkontaminatsiooni vältimiseks tuleb antud seadmel teostada keskmise taseme desinfektsioon. Kohe pärast kasutamist tuleb hinnata seadmel ja etiketil võimalikke kahjustusi. Kahjustuse korral ära visata.
MITTE VEDELIKU SISSE KASTA. Saasteainete kinnikuivamise ja kuhjumise ennetamiseks puhastada seade põhjalikult. Desinfitseerida tervishoiuasutustele mõeldud keskmise taseme infektsioonikontrolli vahendiga, järgides kohalikke/rahvusvahelisi juhendeid.

Kokkuvõtte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta (SSCP) leiate EUDAMED andmebaasis (https://ec.europa.eu/tools/eudamed või võtke meiega ühendust Regulatory.gce@gc.dental

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati muudetud: 11/2022

20012123
281123SK